T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü
Turhal İlçe Devlet Hastanesi

13.02.2018

Konu : FİYAT TEKLİFİ

Sayın. İLGİLİ

İdaremizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi,miktarı özellikleri belirtilen malı/hizmeti 4734 Kamu İhale Kanunu Uyarınca doğrudan temin yöntemiyle alımı gerçekleştirilecektir K.D.V.Hariç fiyatlarınızın 16 /02 /2018 tarih ve saat 14:00 kadar bildirmenizi rica ederiz.

Op.Dr.Dursun TÜZÜN
Hastane Yöneticisi

Teklif Teslim Yeri . TURHAL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL:0356 275 15 50 (Dahili 5220) FAX:0356 275 70 80

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
01	SU ARITMA ÜNİTESİ ULTRAVİYOLE IŞIK KAYNAĞI UV-C FLORESAN 254 NM	1	ADET		
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

NOTLAR:

1) Tüm vergi, resmi ve harçlar ile nakliye yükleme, boşaltma vb. gibi diğer giderlerin tümü teklif verene aittir. Ancak ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi yükleniciye ödenecektir.
2) Son teslim tarihi.....teslim yeri Turhal Devlet Hastanesi ilgili ambardır.
3) Fiyatı istenilen mal tıbbi sarf veya malzeme olduğu takdirde bu mallara ait ulusal bilgi bankası numaraları ve http://ubb.saglik.gov.tr adresinden mala ait çıktı teklife eklenecektir.
4) Tıbbi sarf veya malzeme kapsam dışı ise kapsam dışı olduğunu belgeleyen resmi yazıyı teklifinizle beraber gönderilecektir.
5) Mal veya hizmet veya yapım bedeli malın veya hizmetin veya işin tamamının teslimini müteakip hastanemizin mali durumu imkanları elverdiği şekilde ödenecektir.
6) Hiçbir suretle avans veya fiyat farkı verilmeyecektir. İhtilaf halinde Turhal mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
7) İlaç ve tıbbi malzemelerde UBB Kaydı ve Sut kodu yazılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) **İhale kalan firmalar fatura keserken kurumumuzun göndermiş olduğu teklif mektubundaki isimle fatura edeceklerdir.**
9) Kesilecek faturalarda İBAN numarası mutlaka yazılacaktır
10) Teklifler İmza Kaşe yapıldıktan sonra fakslanarak teklif asıllarının hastanemize gönderilmesini önemle rica ederiz.

M.FEVZİ ÇAKMAK MAH.NURKAVAK CADDESİ NO: 57 TOKAT/TURHAL turhaldh.satinalma@hotmail.com

SU ARITMA ÜNİTESİ ULTRAVİYOLE IŞIK KAYNAĞI UV- C FLORESAN 254 NM

- 1.8 m3/saat su sterilizasyonu yapabilecek kapasitede olmalıdır.
- 254 nm boyunda uv dalgaları üreten lamba olmalıdır.
- Dezenfeksiyon sistemi, bakteri, protozoa, virüs, küf, mantar, alg ve bunların yumurtalarını etkisiz hale getirmelidir.
- Mevcut sisteme uygun olmalı ve 40w gücünde olmalıdır.
- Uv lamba boyu en fazla 28 cm olmalıdır.
- Yüklenici firmanın tse12426 hızmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır.
- Yüklenici firma malzemenin montajını yaparak servis formu ile birlikte faal teslim etmelidir.
- Teknik şartname başlığı ile fatura içerigi bir olmalıdır.
- UBB kaydı varsa UBB kodunun belirtilmesi.

Yasemin GÜLDEN **Hemodiyaliz Sor.Hemş.**	**Tülay KOÇAK** **Hemodiyaliz.Hemş.**	**Dr.Aliye SERDOĞAN** **Hemodiyaliz Sor.Hk.**