

T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 1140
Konu : Teklif Vermeye Davet

22.05.2019

İlgi Firma;.....

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **23.05.2019 PERSEMBE günü saat 14.00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLBAŞ
Müdür Yardımcısı

TEL: 0464 213 04 91 (2158)
FAX: 0464 214 28 12
MAİL: rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	SUT KODU	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI	300	ADET			
GENEL TOPLAM						

1. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2. Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum
3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatlı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
4. Zamanında gelmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
5. Teknik şartname ektedir (1 sayfa)
6. Teslimat süresi 15 (onbeş) gündür.

...../...../2019
Firma Kaşe ve İmza

SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solunum egzersiz cihazı 3 kanallı olmalı, her kanalda bir top bulunmalıdır.
2. Cihaz gövdesi şeffaf, toplar renkli olmalı ve çalışma esnasında rahat görülebilmelidir.
3. Cihaz, insan ergonomisine uygun keskin ve köşeli yüzey içermeyen plastikten yapılmış ağızlığa sahip olmalıdır.
4. Cihaz gövdesi ile ağızlık arasında bağlantıyı sağlayacak esneyebilen, spiral yapıda emiş borusu bulunmalıdır.
5. Cihaz üzerinde, ait olduğu hasta adının yazılabileceği Hasta bilgi etiketi bulunmalıdır.
6. Cihaz, ürünü koruyucu iç ve dış ambalaj olmak üzere iki kademeli ambalaj içerisinde olmalıdır.
7. Cihaz 600,900,1200 cc per/sec solunum egzersizi yapılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, kullanma tarihi, lot.numarası referans numarası, firma bilgileri bulunmalıdır.
9. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

Yrd.Doç.Dr. Sedat Ozan KARAKİSİ
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 117648
T.C. Sağlık Bakanlığı
Rize Kamu Hastaneleri Birliği
R.T.E.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
Anestezi ve Reanimasyon Uzm.
Dip. Tes. No: 106736-85447
Sağlık Bakanlığı R.T.E.Ü.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi