



T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİF MEKUBU

Sayı : 18824186/Sat./1366
Konu : Teklif Vermeye Davet

27.06.2019

İlgi Firma;

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22-d maddesi uyarınca satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **01.07.2019 PAZARTESİ günü saat 12:00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLBAŞ
Müdür Yardımcısı

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	UBB KODU	BİRİMİ	MİKTARI	FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	İNSEMİNASYON KANÜLÜ		ADET	50		
2	GÜMÜŞ NİTRAT ÇUBUĞU		ADET	200		
GENEL TOPLAM						

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2019
Firma Kaşe ve İmza

NOTLAR:

1. Kısmi Teklife açıktır.
2. Teklifinizde ödeme süresiyle ilgili herhangi bir ibare belirtmeyiniz.
3. Malzeme teslim süresi 15 gündür.
4. Teknik Şartname ekte sunulmuştur.

İNSEMINASYON KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Katater üstünde penetrasyonu takip için 1 cm aralıklarla 5 işaret bulunmalıdır.
- 2-Katater dış koruyucu kılıf klavuz katater ve iç katateri bulunmalı; kıvrılabilir aktif ucu 50 mm içinde çelik kanül olan kısmı minimum 120 mm uzunluğunda olmalıdır veya rigid guide katater ile şekil verebilme özelliği olmalıdır.
- 3-İnseminasyon katateri minimum 170 mm uzunluğunda olmalıdır.
- 5-Uç kısmı travmatik yumuşak olmalıdır.
- 6- EO (etilen oksit) ile steril edilip ayrı ayrı paketlenmiş olmalı , ambalaj üzerin de sterilizasyon ve son kullanma tarihi , üretim paketi seri (LOT) numarası belirtilmiş olmalıdır.
- 7-Son kullanma tarihi teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 8-Ultrasound altında Lusene (gSsiirilebilir) olması
- 9-Katater non toksik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Doç.Dr. Gülşah BALIK
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.
Dip. Tes. No: 00870-08867
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GÜMÜŞ NİTRAT ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gümüş nitrat çubuğu %75 gümüş nitrat %25 potasyum nitrat içermektedir.
2. Kanamayı durdurucu özellikte olmalıdır.
3. Sivil tedavisinde de kullanılmaktadır.
4. Gümüş nitrat çubuğu Ele zarar vermeyecek şekilde 15 cm uzunluğunda tahta çubuğa sahip olmalıdır.
5. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
6. En az 2 yıl miadı olmalıdır.
7. CE işareti olmalıdır.
8. Kutu içerisinde en az 5 adet bulunmaktadır.
9. Numune değerlendirildikten sonra karar verilecek

Prof. Dr. Engin DURSUN
KBB Uzmanı
Diy. Tıp Fak. 05064-41228
KBB Uzmanı ve A.Ö. Uzmanı