

T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 1479
Konu : Teklif Vermeye Davet

12/07/2019

İlgi Firma;

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelere ait hazırlayacağınız KDV hariç olmak üzere birim fiyat tekliflerinizi 17/07/2019 tarih ve saat 12.00 a kadar aşağıdaki tele faks numarasına veya satın alma birimine verilmesini rica ederim.

Engin YEŞİLBAŞ
Müdür Yardımcısı

S.No	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	UBB NO	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	CAREFUSION MARKA VELA MODEL VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN;					
1-a	Ventilatör/Respiratör Cihazı Şarj Edilebilir Batarya 12 V 4,5 A	ADET	8			
2	FRESENIUS MARKA 4008S MODEL DİYALİZ CİHAZI İÇİN;SN:5VCAXB24;					
2-a	Hemodiyaliz Cihazı Akış Pompa Motoru Dişlisi (GEAR PUMP)	ADET	1			
2-b	Hemodiyaliz Cihazı Ultrafiltrasyon (UF) Ölçüm Ve Kontrol Ünitesi (UF POMPA)	ADET	1			
2-c	Hemodiyaliz Kabarcık Toplama Modülü Kapak Mandalı (Door Latch Buble C. Holder)	ADET	3			
3	FRESENIUS MARKA 4008S MODEL DİYALİZ CİHAZI İÇİN: SN:5VCAX830;					
3-a	Hemodiyaliz Cihazı Akış Pompası Motoru (Degasing Pump Motor)	ADET	1			
3-b	Hemodiyaliz Solenoid Valfi (SSolenoid Valve I Port)	ADET	1			
3-c	Hemodiyaliz Cihazı Su Seviye Şamandırası (Folat Switch)	ADET	1			
4	FRESENIUS MARKA 4008S MODEL DİYALİZ CİHAZI İÇİN: SN:3SXAN821;					
4-a	Hemodiyaliz Cihazı Istııcı Blok (Hater Board)	ADET	1			
4-b	Hemodiyaliz Cihazı Güç Kaynağı- Power Supply (Power Bord)	ADET	1			

- UBB KODLARINI VE SUT KODLARINI MUTLAKA BELİRTİNİZ
- Teklifinizde ödeme süresiyle ilgili herhangi bir ifade belirtmeyiniz.
- KİSMİ TEKLİFE AÇIKTIR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- ZAMANINDA GELMEYEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİFUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

- 1-Fiyatlarımız KDV dahil değildir.
- 2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2019
Firma Kaşe ve İmza



T.C.
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi

**VENTİLATÖR / RESPIRATÖR CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA 12 V 4 A
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Bataryalar;Cerrahi Yoğun bakımda kullanılan Ventilator Cihazları için istenmektedir.
2. Batarya,Carefusion Marka Vela Model Ventilator Cihazına uyumlu olmalıdır.
3. 12 Volt 4,5 Amper olmalıdır.
4. Tüm nakliye ve kargo ücretleri yüklenici firmaya aittir.
5. Alınan bataryalar sıfır kullanılmamış ve Orjinal olmalıdır.Yüklenici firma orjinalligini belgelemelidir.
6. Nakliye esnasında oluşan her türlü zarar yüklenici firmaya aittir.
7. Gerek duyulması halinde numune değerlendirilmesi yapılacaktır.
8. 12 ay içerisinde Değişilen parçalardan kaynaklı bir arıza olursa firma ücretsiz şekilde tamir edecektir.(12 Ay garanti)
9. Faturadaki malzeme tanımı satın alma esnasında kullanılan malzeme tanımıyla aynı olmalıdır.
10. Yüklenici firma teklifle birlikte UBB kodunu gönderecektir. UBB kodu olmaması durumunda kapsam dışı yazısını teklifle birlikte göndermelidir.
11. UBB kapsam dışı olmaması durumunda UBB kodu faturaya yazılmalıdır.

Yasir GÜNAY
Biyomedikal Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Rize Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi



T.C.
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

DİYALİZ CİHAZI YEDEK PARÇALAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Alıma çıkılan parçalar fresenius marka 4008s diyaliz cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Parçalar sıfır kullanılmamış ve orjinal olacaktır.
3. Takıldıktan sonra cihaz test edildikten sonra faturaya onay verilecektir.
4. Malzemelerin montajını bakım anlaşmalı firma yapacaktır.
5. 6 ay içerisinde Değişilen parçalardan kaynaklı bir arıza oluşursa firma ücretsiz şekilde tamir edecektir.(6 Ay garanti)
6. Yüklenici Firma teklifle birlikte ubb kodunu gönderecektir. Ubb Kodu olmaması durumunda kapsam dışı yazısını teklifle birlikte göndermelidir.
7. Ubb kapsam dışı olmaması durumunda ubb kodu faturaya yazılmalıdır.
8. Faturadaki malzeme tanımı satın alma esnasında kullanılan malzeme tanımıyla aynı olmalıdır.

Y. GÜNAY
Biyomedikal Mühendisi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Rize Kamu Hastaneleri Birliği
R. İ.C.U. Eğitim ve Araştırma Hastanesi