

T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 1583
Konu : Teklif Vermeye Davet

07.08.2019

İlgi Firma;.....

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **08.08.2019 PERSEMBE günü saat 11.00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Ergin YEŞİLBAŞ
Müdür Yardımcısı

TEL: 0464 213 04 91 (2158)

FAX: 0464 214 28 12

MAIL: rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	SUT KODU	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	EPS STEERABLE DECAPOLAR CS KATETERİ	10	ADET	KR1055		
GENEL TOPLAM						

1. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2. Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum
3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatlı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
4. Zamanında gelmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
5. Teknik şartname ektedir (1 sayfa)
6. Teslimat süresi 15 (onbeş) gündür.

...../...../2019
Firma Kaşe ve İmza

**1..EPS STEERABLE DECAPOLAR CS KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ.
KR1055**

- 1.Kateter uzunluğu 115cm, kalınlığı 6(altı)F olacaktır.
2. Kateter ucunda 10adet elektrotu bulunacak, Uç elektrot 2mm diğer elektrot kalınlıkları1mm olacaktır.
3. Elektrotlar konfigürasyonu 2-8-2mm olacaktır.
- 4.Kateter uç kısmının eğimi(curve) Large olacaktır.
5. Kateter materyali PE elektrod materyali platinyum olacaktır.
6. Kateter kontrol mekanizması , manipülasyonu sağlamak için kateteri sap kısmıyla bütünüyle çevirmeden, sadece shaft kısmın çevirebilen Roller butonuna sahip olacaktır.
- 7.Kateterin roller butonu push-pull (it-çek) şeklinde çalışacaktır.
8. Kateter otomatik curve-lock(otomatik kilitleme) sistemine sahip olacaktır.
- 9.Diagnostik kateter ve kablosu ayrı ve Her Beş kateter için en az 1(bir) ara bağlantı kablosu verilecektir.


Dok. Turan ERDOĞAN
Kardiyoloji Uzmanı
Diy. Tes. No: 13882-19760
Saglik Bakanligi R.T.E.U. Eğitim
ve Arastirma Hastanesi

Prof. Dr. Turan ERDOĞAN
Kardiyoloji Uzmanı
Diy. Tes. No: 13882-19760
Saglik Bakanligi R.T.E.U. Eğitim
ve Arastirma Hastanesi

Ogr. Gör. Dr. Madir EMLEK
Kardiyoloji Uzmanı
Diy. Tes. No: 13882-19760
Saglik Bakanligi R.T.E.U. Eğitim
ve Arastirma Hastanesi