



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C.  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
T.C Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan  
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat- 1584  
Konu : Birim Fiyat Araştırması(Doğrudan Alım)

07.08.2019

İlgili.....

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **15.08.2019 Perşembe günü saat 11:00'a kadar** hastanemiz satılma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLBAS  
Müdür Yardımcısı

TELE FAKS: 0464 214 28 12 (2095)

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Miktar	Birim	Birimi Fiyat	Toplam Tutar
1	USX-RAY MARKA DRRATX6B MODEL MOBİL RÖNTGEN CİHAZI İÇİN; RADYOGRAFİ CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA SN:6-670650		30	ADET		
2	MEDİLANDMARKA AMAX9000 MODEL AMELİYAT MASASI İÇİN; AMELİYAT MASASI EL KUMANDA KABLOSU		3	ADET		
<b>GENEL TOPLAM</b>						

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2019

Firma Kaşe ve İmza

- Kısmi teklife açıktır.
- **UBB KODU VE SUT KODU MUTLAKA YAZILACAKTIR.**
- **TEKLİF EKİNDE TİTUBB ÇIKTILARI MUTLAKA OLACAKTIR.**
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23/02/2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TIBUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış ,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.



T.C.  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

**AMELİYAT MASASI EL KUMANDA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. MEDİLAND marka Amax9000 model ameliyat masası için el kumandasına uygun kablo olmalıdır.
2. Tüm nakliye ve kargo ücretleri yüklenici firmaya aittir.
3. Nakliye esnasında oluşan her türlü zarar yüklenici firmaya aittir.
4. 6 ay içerisinde malzeme kaynaklı bir arıza oluşursa firma ücretsiz şekilde tamir edilecektir.(6 Ay garanti)
5. Faturadaki malzeme tanımı satın alma esnasında kullanılan malzeme tanımıyla aynı olmalıdır.

**Zeliha Merve KAPLAN**  
Biyomedikal Mühendisi  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Rize Kamu Hastaneleri Birliği  
R.T.E.Ü. Eğitim ve Araştırma Hast.

## RADYOGRAFİ CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde teşhis amaçlı kullanılan USX-RAY marka DRRATX6B model Mobil Röntgen cihazı için gerekli olan bataryaların teknik özelliklerini içerir.
2. Şarj edilebilir özellikte ve 12V. 15 Ah. olmalıdır.
3. Cihazın üzerinde bulunan akülerle aynı özellikte olmalıdır.
4. Akünün iç direnci en fazla 12 mili ohm olmalıdır.
5. Ambalajında ve orijinal olmalıdır. 151 X 98 X 94 cm. ebatlarında kuru tip olmalıdır.
6. Üzerinde standartlarda geçen, zorunlu logo ve amblemler olmalıdır.
7. Üretim dahil her türlü hatalara karşı 1 (bir) yıl garantili olmalıdır.

**M. Masin GÜNAY**  
Biyomedikal Mühendisi  
Rize Kamu Hastaneleri Birliği  
R.T.E.İ. Eğitim ve Araştırma Hastanesi