

T.C  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 1585  
Konu : Teklif Vermeye Davet

07/08/2019

İlgi Firma; .....

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelere ait hazırlayacağımız KDV hariç olmak üzere birim fiyat tekliflerinizi 15/08/2019 tarih ve saat 12.00 a kadar aşağıdaki tele faks numarasına veya satın alma birimine verilmesini rica ederim.

Engin YERİLBAŞ  
Müdür Yardımcısı

S.No	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	UBB NO	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	AMSCO MARKA 3023SL MODEL OTOKLAV CİHAZI İÇİN;					
1-a	OTOKLAV PNÖMATİK VALFİ	ADET	5			
1-b	OTOKLAV SOLENOİD VALFİ	ADET	5			
1-c	OTOKLAV HAVA REGÜLATÖRÜ MANOMETRELİ	ADET	2			
1-d	OTOKLAV SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ (BUHAR)	ADET	2			
2	THERMO SHANDON MARKA CLEARVUE MODEL OTOMATİK KAPAMA CİHAZI İÇİN;					
2-a	SLAYT/LAM KAPAMA CİHAZI ENTELLAN DAĞITICI ÜNİTESİ (syringe/ pump)	ADET	1			
3	EDAN MARKA SE-1200 MODEL EKG CİHAZI İÇİN;					
3-a	EKG DAHİLİ YAZICI DİREKT TERMAL KAFA DEĞİŞİMİ	ADET	1			

- UBB KODLARINI VE SUT KODLARINI MUTLAKA BELİRTİNİZ
- Teklifinizde ödeme süresiyle ilgili herhangi bir ifade belirtmeyiniz.
- KISMİ TEKLİFE AÇIKTIR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- ZAMANINDA GELMEYEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

Firma Kaşe ve İmza  
...../...../2019



T.C.  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma  
Hastanesi

**BUHAR OTOKLAVI KAYAR OTOKLAV PNÖMATİK VALFİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. VALF ISIYA DAYANIKLI OLMALIDIR.
2. HAVA İLE ÇALIŞIYOR OLACAKTIR.
3. HAVA BAĞLANTI APARATLARI İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR.
4. 1 / 2 ÖLÇÜSÜNDE OLMALIDIR.
5. HER BİR VALF İÇİN EN AZ 2 METRE TEFLON HORTUM VERİLMELİDİR.
6. TÜM NAKLIYE VE KARGO ÜCRETLERİ YÜKLENİCİ FIRMAYA AITTİR.
7. NAKLIYE ESNASINDA OLUŞAN HER TÜRLÜ ZARAR YÜKLENİCİ FIRMAYA AITTİR.
8. 12 AY İÇERİSİNDE DEĞİŞİLEN PARÇALARDAN KAYNAKLI BİR ARIZA OLUŞURSA FIRMA ÜCRETSİZ ŞEKİLDE TAMİR EDECEKTİR.(12 AY GARANTI)
9. FATURADAKI MALZEME TANIMI SATIN ALMA ESNASINDA KULLANILAN MALZEME TANIMIYLA AYNI OLMALIDIR.

**OTOKLAV SOLENOİD VALFİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. YAN YANA GEÇMELİ TİP OLMALIDIR.
2. HORTUM BAĞLANTI APARATLARI İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR.
3. TÜM NAKLIYE VE KARGO ÜCRETLERİ YÜKLENİCİ FIRMAYA AITTİR.
4. NAKLIYE ESNASINDA OLUŞAN HER TÜRLÜ ZARAR YÜKLENİCİ FIRMAYA AITTİR.
5. 12 AY İÇERİSİNDE DEĞİŞİLEN PARÇALARDAN KAYNAKLI BİR ARIZA OLUŞURSA FIRMA ÜCRETSİZ ŞEKİLDE TAMİR EDECEKTİR.(12 AY GARANTI)
6. FATURADAKI MALZEME TANIMI SATIN ALMA ESNASINDA KULLANILAN MALZEME TANIMIYLA AYNI OLMALIDIR.

**OTOKLAV HAVA REGÜLATÖRÜ MANOMETRELİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. HAVA GİRİŞ 1 / 4 OLMALIDIR.
2. BAĞLANTI APARATLARI İLE VERİLECEKTİR.
3. ÜZERİNDE BASINCI GÖSTERİR MANOMETRE OLMALIDIR.
4. TÜM NAKLIYE VE KARGO ÜCRETLERİ YÜKLENİCİ FIRMAYA AITTİR.
5. NAKLIYE ESNASINDA OLUŞAN HER TÜRLÜ ZARAR YÜKLENİCİ FIRMAYA AITTİR.
6. 12 AY İÇERİSİNDE DEĞİŞİLEN PARÇALARDAN KAYNAKLI BİR ARIZA OLUŞURSA FIRMA ÜCRETSİZ ŞEKİLDE TAMİR EDECEKTİR.(12 AY GARANTI)
7. FATURADAKI MALZEME TANIMI SATIN ALMA ESNASINDA KULLANILAN MALZEME TANIMIYLA AYNI OLMALIDIR.

**OTOKLAV SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ(BUHAR)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. BUHAR REGÜLATÖRÜ OLARAK KULLANILACAKTIR GİRİŞ ÇAPI 25 mm OLACAKTIR.
2. ISIYA DAYANIKLI OLACAKTIR.
3. TÜM NAKLIYE VE KARGO ÜCRETLERİ YÜKLENİCİ FIRMAYA AITTİR.
4. NAKLIYE ESNASINDA OLUŞAN HER TÜRLÜ ZARAR YÜKLENİCİ FIRMAYA AITTİR.
5. İŞÇİLİK YÜKLENİCİ FIRMAYA AİT OLACAKTIR.İŞÇİLİK İÇİN EKSTRA ÜCRET TALEP ETMEYECEKTİR.
6. 12 AY İÇERİSİNDE DEĞİŞİLEN PARÇALARDAN KAYNAKLI BİR ARIZA OLUŞURSA FIRMA ÜCRETSİZ ŞEKİLDE TAMİR EDECEKTİR.(12 AY GARANTI)
7. FATURADAKI MALZEME TANIMI SATIN ALMA ESNASINDA KULLANILAN MALZEME TANIMIYLA AYNI OLMALIDIR.

NOT: TÜM MALZEMELER NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ YAPILARAK ALINACAKTIR.

Yasin GÜNAY  
Biyomedikal Mühendisi  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi



T.C.  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

**EKG DAHİLİ YAZICI DİREKT TERMAL  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. EDAN MARKA SE-1200 MODEL EKG CİHAZINA UYUMLU OLMALIDIR
2. DEĞİŞİLEN TÜM AKSESUARLARI GERİ VERİLECEKTİR.
3. ÜRÜN ORJİNAL OLMALIDIR.
4. GENEL TESTLER YAPILARAK YAZICININ TÜM FONKSİYONLARI ÇALIŞIR HALE GELECEKTİR.
5. ÜRÜNE NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ YAPILARAK UYGUNLUK VERİLECEKTİR.
6. TÜM NAKLIYE VE KARGO ÜCRETLERİ YÜKLENİCİ FIRMAYA AITTIIR.
7. ÜRÜN FABRİKASYON HATALARINA KARŞI 6 AY GARANTİLİ KABUL EDİLECEKTİR.
8. FATURADAKİ MALZEME TANIMI SATIN ALMA ESNASINDA KULLANILAN MALZEME TANIMIYLA AYNİ OLMALIDIR.

Yasın GÜNAY  
EKG Medikal A.Ş. Temsilcisi  
T. C. Sağlık Bakanlığı  
Rize Kurum Hastaneleri Birliği  
R.T.E.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi



T.C.  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma  
Hastanesi

SLAYT / LAM KAPAMA CİHAZI ENTELLAN DAĞITICI ÜNİTESİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PATOLOJİ LABORATUVARINDA KULLANILMAKTA OLAN THERMO SHANDON MARKA CLEARVUE MODEL OTOMATİK KAPAMA CİHAZINA UYUMLU OLMALIDIR.
2. TÜM NAKLIYE VE KARGO ÜCRETLERİ YÜKLENİCİ FIRMAYA AITTİR.
3. DEĞİŞİLEN YEDEK PARÇALAR ONARIMDAN SONRA HASTANEYE TESLİM EDİLMELİDİR.
4. TAKILAN YEDEK PARÇALAR SIFIR KULLANILMAMIŞ VE ORJINAL OLMALIDIR.
5. MONTAJINI BAKIM ANLAŞMALI FIRMA YAPACAKTIR.
6. CİHAZ TAMİR EDİLİP TESLİM EDİLDİKTEN SONRA DENEME YAPILACAKTIR VE SONRASINDA FATURAYA ONAY VERİLECEKTİR.
7. NAKLIYE ESNASINDA OLUŞAN HER TÜRLÜ ZARAR YÜKLENİCİ FIRMAYA AITTİR.
8. 6 AY İÇERİSİNDE DEĞİŞİLEN PARÇALARDAN KAYNAKLI BİR ARIZA OLUŞURSA FIRMA ÜCRETSİZ ŞEKİLDE TAMİR EDECEKTİR.(6 AY GARANTI)
9. FATURADAKİ MALZEME TANIMI SATIN ALMA ESNASINDA KULLANILAN MALZEME TANIMIYLA AYNI OLMALIDIR.

Yasin GÜNAY  
Biyomedikal Mühürleme  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Rize Kamu Hastaneleri Birliği  
R.T.E.O. Eğitim Ve Araştırma Hastanesi