

T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 1594
Konu : Teklif Vermeye Davet

07.08.2019

İlgi Firma;.....

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **08.08.2019 PERSEMBE günü saat 13:00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLBAS
Müdür Yardımcısı

TEL: 0464 213 04 91 (2158)

FAX: 0464 214 28 12

MAIL: rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	GAMBRO MARKA AK98 MODEL DİYALİZ CİHAZLARI İÇİN; "HEMODİYALİZ CİHAZI ENDOTOKSİN TUTUCU FİLTRE" (DİASAFE FİLTRE)	20	ADET		
GENEL TOPLAM					

1. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2. Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum
3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatlı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
4. Zamanında gelmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
5. Teknik şartname ektedir (1 sayfa)
6. Teslimat süresi 15 (onbeş) gündür.

...../...../2019
Firma Kaşe ve İmza

**HEMODİYALİZ CİHAZI ENDOTOKSİN TUTUCU FİLTRE (GAMBRO)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Filtre Gambro marka AK98 model hemodiyaliz cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilecek ürün endotoksin tutma özelliğine sahip olmalıdır.
3. Teklif edilecek ürünün yüzey alanı 2.4 metrekare olmalıdır.
4. Membran yapısı PAES/PVP olmalıdır.
5. Teklif edilecek ürünün Perasidik asit, sodyum karbonat, sodyum hipoklorit ve sitrik asitle dezenfekte edilebilmeli ve rinse yapılabilmelidir.
6. Ürüne numune değerlendirmesi yapılarak uygunluk verilecektir.
7. Ürünün CE işareti olmalıdır.
8. Teklif veren firma Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve ürünün UBB kaydını teklifle birlikte sunmalıdır. Kapsam dışı olarak sunulan teklifler geçersiz sayılacaktır.
9. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garantili kabul edilecektir.
10. Ubb kapsam dışı olmaması durumunda siparişten sonra yüklenici firma; ubb kodunu faturaya yazmak zorundadır ve faturadaki malzeme tanımı ihale esnasında kullanılan malzeme tanımıyla aynı olmalıdır.

Türkan DEDE
Sic.No: 22*98
Hemodiyaliz
Sorumlu Hemşiresi

Doç.Dr. Ekrem KARA
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzm.
Dip. Tes. No: 75713-103745
Sağlık Bakanlığı
Hastanesi

M. S. ÖZKANAY
Biyomedikal Mühendisi
Sağlık Bakanlığı
Rize Kamu Hastaneleri Birliği
Eğilim ve Yatırım Hastanesi