

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği

SAYI : 135
KONU: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d Maddesine esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

E-mail : seahsatinalma@gmail.com
Telefon : 0(414) 317 26 24/26/31/32/35/37/41
Fax : 0(414) 317 26 30

Dr. Murat HALİTOĞLU
Hastane Yöneticisi / Başhekim V.

S.No	Adı	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam
1	LAPAROSKOPIK RİGHT ANGLED DİSEKSİYON VE KAVRAMA FORSEPSİ	1	ADET			
2	LAPAROSKOPIK FASYA KAPATMA ENSTRUMANI	1	ADET			
3	LAPAROSKOPIK KAŞIK FORSEPS	1	ADET			
4	LAPAROSKOPIK VERES İĞNESİ	3	ADET			
5	LAPAROSKOPIK MAKRO İĞNE TUTUCU, DÜZ KABZA	3	ADET			
6	LAPAROSKOPIK MAKRO İĞNE TUTUCU, RAKETLİ KABZA	1	ADET			
7	LAPAROSKOPIK MAKRO İĞNE TUTUCU, SAĞA EĞİMLİ	1	ADET			
8	LAPAROSKOPIK MAKRO İĞNE TUTUCU, SOLA EĞİMLİ	1	ADET			
9	LAPAROSKOPIK 10 MM LARGE POLİMER KLİPS APLİKATÖRÜ	1	ADET			
GENEL TOPLAM						

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

*** UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
***Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca yapılmayacaktır.

Hastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:1 EYYÜBİYE / ŞANLIURFA
Topçu Meydanı Vergi Dairesi : 7990402358

Not : Mal alımlarında teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde firma teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

- a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- b. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- c. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
- d. Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemelerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- e. Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalı ve taşıyıcı sehpa haricindeki tüm ekipman aynı marka olmalıdır.
- f. Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI :

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :

1 Adet Right-Angled Diseksiyon ve Kavrama Forsepsi,10 mm

1. Reusable ve 360° dönebilir özellikte olmalı,
2. Parçalarına ayrılabilmesi ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalı,
3. Çapı 10 mm ve uzunluğu 36 cm. olmalı,
4. Çift çene hareketli ve sağa açılı olmalı,
5. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - * 1 Adet Metal Kabza, hem kilitli hem kilitsiz kullanıma uygun
 - * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp
 - * 1 Adet Forseps İç Aksamı.

Op. Dr. Tuncer BAĞCECI
Sarıyer Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uroloji Uzmanı
Dip. No: 12981
Dip. Tescil No: 158174

Uzm. Dr. Mehmet Yılmaz ASUTAY
Sarıyer Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uroloji Uzmanı
Dip. No: 2011 807
Dip. Tescil No: 15802

Uzm. Dr. M. H. ÖZTÜRK
Sarıyer Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uroloji Uzmanı
Dip. No: 002216
Dip. Tescil No: 12189

1 Adet Fasya Kapatma Enstrmanı

1. apı 2.8 mm ve uzunluęu 17 cm olmalıdır.
2. Trokar insizyonlarını kapatmak için kullanıma uygun olmalıdır
3. Reusable olmalıdır.
4. Ucu sivri ięne řeklinde olmalıdır.

1 Adet Kařık Forseps

Teklif edilen forseps ařaęıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. 360° dönebilir özellikte olmalı,
2. Paralarına ayrılabilmeli ve bu paralarının kolaylıkla soklp takılabilmesi için kilit sistemli olmalı,
3. apı 10 mm ve uzunluęu 36 cm. olmalı,
4. Tek ene hareketli olmalı,
5. Ařaęıdaki paralardan oluřmalıdır:
 - * 1 Adet Metal Kabza, raketsiz.
 - * 1 Adet Yalıtılmıř Dıř Tp
 - * 1 Adet Forseps u aksamı.

2 Adet Veres ięnesi,

- Yaylı mekanizmalı kt uęlu stilet' i olmalıdır. LUERlock baęlantısı olmalıdır. Uzunluęu 10 cm olmalıdır.

2 Adet Makro ięne Tutucu ,  5mm

1. Ergonomik dz kabzası olmalıdır.
2. Kilit bırakma mekanizması saę tarafta bulunmalıdır.
3. enesi dz olmalıdır.
4. İ aksam tungsten carbide'ten yapılmıř olmalı
5. apı 5 mm uzunluęu ise 33 cm arasında olmalıdır.
6. 0/0 7/0 arasındaki str materyalleri ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.

1 Adet Makro ięne Tutucu ,  5 mm

1. Ergonomik kabzası raketli olmalıdır.
2. Kilit bırakma mekanizması sol tarafta bulunmalıdır.
3. enesi dz olmalıdır.
4. ap 5 mm ve uzunluęu 33 cm olmalıdır.
5. İ aksam tungsten carbide'ten yapılmıř olmalı
6. 0/0 7/0 arasındaki str materyalleri ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.

1 Adet Makro ięne Tutucu  5 mm

1. Ergonomik dz kabzası olmalıdır.
2. Kilit bırakma mekanizması saę tarafta bulunmalıdır.
3. enesi sola eęimli/aılı olmalıdır.
4. İ aksam tungsten carbide'ten yapılmıř olmalı
5. apı 5 mm uzunluęu ise 33 cm arasında olmalıdır.
6. 0/0 7/0 arasındaki str materyalleri ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.

Op.Dr. Tuncer BAŐCEĐ
Sanlıurfa Eęitim ve Arařtırma Hastanesi
Uroloji Uzmanı
Dip.No:12463
Dip.Tecsil No:158174

Op.Dr. Mehmet Kozum
Sanlıurfa Eęitim ve Arařtırma Hastanesi
Uroloji Uzmanı
Dip.No:2011-007
Dip.Tecsil No:157202

Uzm.Dr. Mehmet Kozum
Sanlıurfa Eęitim ve Arařtırma Hastanesi
Uroloji Uzmanı
Dip.No:2011-007
Dip.Tecsil No:157202

Uzm. Dr. Mehmet Kozum
Sanlıurfa Eęitim ve Arařtırma Hastanesi
Uroloji Uzmanı
Dip.No:2011-007
Dip.Tecsil No:157202

1 Adet KOH Makro İğne Tutucu, ø 5mm

1. Ergonomik düz kabzası olmalıdır.
2. Kilit bırakma mekanizması sol tarafta bulunmalıdır.
3. Çenesi sağa eğimli/açılı olmalıdır.
4. İç aksam tungsten carbide'ten yapılmış olmalı
5. Çapı 5 mm uzunluğu ise 33 cm arasında olmalıdır.
6. 0/0 7/0 arasındaki suture materyalleri ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.

Dr. İsmail ÇİFTÇİ
Uzman
İsmail ÇİFTÇİ
Uzman ve Ağız ve Burun Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 12963
Dip. Tecrü. No: 158174

Dr. Mustafa ÖZKARAKAŞ
Uzman
Mustafa ÖZKARAKAŞ
Uzman ve Ağız ve Burun Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 12963
Dip. Tecrü. No: 158174

Uzm. Dr. Mehmet AK
Uzman
Mehmet AK
Uzman ve Ağız ve Burun Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 20190
Dip. Tecrü. No: 57208

Dr. Mehmet ÖZKARAKAŞ
Uzman
Mehmet ÖZKARAKAŞ
Uzman ve Ağız ve Burun Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 12963
Dip. Tecrü. No: 158174