

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği

SAYI : 147
KONU: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d Maddesine esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

E-mail : seahsatinalma@gmail.com
Telefon : 0(414) 317 26 24/26/31/32/35/37/41
Fax : 0(414) 317 26 30


Uğur YURTSEVEN
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

S.No	Adı	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam
1	GASTRİK KALİBRASYON TÜPÜ	2	ADET			
GENEL TOPLAM						

Teklif Veren Firmanın			
Adı	:	Firma Yetkilisi	:
Adresi	:		
Telefon	:	Kaşe ve İmza	:
Fax	:		
E-Mail	:		

*** UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
*** Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca yapılmayacaktır.

Hastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:1 EYYÜBİYE / ŞANLIURFA
Topçu Meydanı Vergi Dairesi : 7990402358

Not : Mal alımlarında teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde firma teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• .GASTRIK KALİBRASYON TÜPÜ ŞARTNAMESİ

Proksimal gastrik puşun ölçümü için veya zımba hattı kılavuzu amaçlı kullanılmalıdır.

Gastrik bant , gastric sleeve ve gastric bypass uygulamalarında kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.

Tüp üzerinde 20cm den başlayarak her 10cm işaretlenmiş ve cm si yazılmış olarak 50cm kadar devam etmelidir.

Gastric tüpün uzunluğu operatif uzunluğu 68cm \pm (6cm) boşaltma ve doldurma hatları dahil toplam uzunluğu 149cm \pm (5) olmalıdır.

Gastric tüpün çapı 39 FR , 38FR, 36 fr seçenekleri olmalıdır. İstenildiğinde 38Fr ve 36Fr için Curved seçenekleri de olmalıdır. Hangisinin teslim edileceğine kullanıcı karar verecektir.

Sistemin 39Fr olanlarında şişirilebilir balon kısmı olmalı, 38Fr düz, 36Fr düz, 38Fr Curved, 36Fr Curved olanlar ise balonsuz ve multi delikli olmalıdır.

38Fr düz, 36Fr düz, 38Fr Curved, 36Fr Curved olanlar mide boşaltmak-(kaçak testi) ve metilen mavisi gönderebilmek için çift yollu olmalıdır.

Steril pakette disposable olmalıdır.

Op.Dr.Mehmet PATMANO
Sanhurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.No:4458
Dip.Tescil.No:150796

Op.Dr.Hasan ELKAN
Uludağ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.No:2722
Dip.Tescil.No:103000