

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği

SAYI : 146
KONU: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d Maddesine esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

E-mail : seahsatinalma@gmail.com
Telefon : 0(414) 317 26 24/26/31/32/35/37/41
Fax : 0(414) 317 26 30

Uğur YURTSEVEN
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

S.No	Adı	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam
1	MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ	5	ADET			
GENEL TOPLAM						

Teklif Veren Firmanın			
Adı	:	Firma Yetkilisi	:
Adresi	:		
Telefon	:	Kaşe ve İmza	:
Fax	:		
E-Mail	:		

*** UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
***Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca yapılmayacaktır.

Hastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:1 EYYÜBİYE / ŞANLIURFA
Topçu Meydanı Vergi Dairesi : 7990402358

Not : Mal alımlarında teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde firma teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ İÇİN
HASTABAŞI MONİTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesinde hizmet vermekte olan yoğun bakım üniteleri için merkezi monitör sistemi ve hasta-başı monitörler için çıkılacak ihalede istenen şartlar aşağıda sıralanmıştır.

Toplamda 5 adet yoğun bakım ünitesi için birer adet merkezi monitör sistemi ve her bir yoğun bakım için 8'er adet hasta başı monitörü içeren teknik şartnamedir.

1. **Merkezi monitör sistemi** aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.
 - a. Bilgisayar ünitesi
 - b. 5 adet en az 19 renkli LCD ekran monitör.
 - c. Network sistemi
 - d. Printer
 - e. UPS sistemi (ekranlar ve işlemci ünitesini en az 30 dk çalıştırmalıdır)
2. **Merkezi monitör sisteminin** özellikleri için gerekli olan donanım ve yazılımlar yüklenici firma tarafından kuracaktır. Her bir monitör sistemi için;
 - a. Cihazın ana ekranında en az 8 yataktan gelen 8 dalga formu gerçek zamanlı olarak aynı anda izlenebilmelidir. İstendiği zaman bir hastabaşı monitörüne ait dalga formları ve numerik değerler görüntülenebilmelidir.
 - b. Merkezi monitörden veya hastabaşı monitöründen hastaya ait ad, soyad, ID numarası, demografik bilgileri, doğum tarihi, cinsiyet bilgileri gibi bilgiler girilerek sisteme girişi yapılabilirdir.
 - c. Cihaz aynı anda bağlı bulunan bütün monitörleri veya sadece seçilen tek hastayı ve bu hastaya ait tüm parametreleri görüntüleyebilmelidir.
 - d. Teklif edilecek cihaz ile birlikte A4 kağıda çıktı alabilen 1'er adet lazer yazıcı ve merkezi monitör ünitesini 30 dakika süre ile çalıştıracak kesintisiz güç kaynağı (UPS) verilmelidir.
3. **İnvaziv Hastabaşı monitörleri**, yeni doğan, pediatrik ve erişkin hastalarda ve her türlü yoğun bakım ortamında kullanılacak özellikte modüler veya multi parametre veya kompakt yapıda olmalıdır.
4. Monitör, diyagonal olarak en az 12 (on iki) inç büyüklükte, dokunmatik (Touch Screen) renkli LCD/TFT ekrana sahip olmalıdır. Ekran çözünürlüğü en az 800x600 piksel olmalıdır.
5. Monitör aşağıda belirtilen fizyolojik parametre ölçümlerini yapabilmeli, bu parametrelerin izlenmesini olanak verecek şekilde giriş yada bütün modüller standart olarak bulunmalıdır.
 - EKG / Kalp atım hızı
 - ST Segment Analizi
 - Solunum Sayısı
 - SpO2 (Oksijen Saturasyonu)
 - NIBP (Non-İnvaziv Kan Basıncı)
 - IBP (İnvaziv Kan Basıncı)

Uzm. Dr. Hani ARSLAN
Acil Tıp Uzmanı
Şanlıurfa E.A.H.
Dip. Tes. No: 124102

Uzm. Dr. Selim ÖZKAN
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 124102
Dip. Tes. No: 124102