

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şehitkâmil Devlet Hastanesi

Sayı : 48736255/....

27/04/2018

Konu : Teklife Davet

Sayın : İNTERNETTE YAYINLANMASI

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem 3 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 04.05.2018 tarih ve saat 14:00`a kadar göndermenizi rica ederim.

Zekiye ATEŞ
Hastane Müdür Yrd.

Satınalma tarih ve saati : 04.05.2018 - 14:00

Teklif Başvuru Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

Teslimat Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

EK: 3 Kalem İhtiyaç Listesi

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI:

1. Türk Lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Teknik şartname www.sehitkamildh.gov.tr adresinden görülebilir. Teknik şartnamede belirtilen hususlara riayet edilecektir.

NOT: Tekliflerinizi hastanemizin "sehitkamilsatinalma@gmail.com" mail adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz.

NOT: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Malın muayene ve teslimine müteakip muhasebeye intikal tarihinden itibaren, kurum ödeme imkanları dahilinde, 90 gün içerisinde TL(Türk Lirası) olarak yapılır.İdarenin zaruri nedenlerden dolayı 90 gün içerisinde ödeme yapamaması durumunda vade-faiz vb. hak ve alacak talebinde bulunulamaz.

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şehitkâmil Devlet Hastanesi
TEKLİF CETVELİ

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	SEDYE SERUM ASKILIĞI	40	Adet		
2	SERUM ASKISI	20	Adet		
3	YEMEK TABLALI HASTABAŞI KOMİDİNİ	10	Adet		

EK: Teknik şartname

SERUM ASKISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Nitrocare marka hasta transfer sedyesi için uygun serum askısı olmalıdır.
- 2.Sedye serum askısının yüksekliđi minimum 1100mm ile maksimum 2000 mm arasında ayarlanabilir olmalı ve serum askı yüksekliđinin sabitlenmesi için vida veya bilyeli sistem bulunmalıdır.
- 3.Sedye serum askısı 2 adet paslanmaz çelik serum kancasına sahip olmalı, kancaların ucu dairesel olarak şekillendirilmiş olmalıdır.
- 4.Sedye serum askısı hastanede kullanılan kimyasal maddelerle hasar görmeyen, lekelenmeyen, paslanmaz çelik malzemedan yapılmış olmalı, kaplama malzeme olmalıdır.
- 5.Sedye serum askısının yüzeyi parlak ve pürüzsüz olmalı, üzerinde imalat sonrası kesinlikle çapak vb. kesici pislik tutucu çikintılar olmamalıdır.
- 6.Ürüne ait numuneler, teknik şartnameyi hazırlayan kişiler ve kullanıcılar tarafından değerlendirilecek ve uygunluk verilecektir.
- 7.Serum askısı imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçaları hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

DUYĞU KATRANCI
Acil Sorumlu Hemşiresi

Uzm.Dr.Mehmet DOĞAN
Acil Tıp Uzmanı
Şehitkamil Devlet Hastanesi
Dip.Tes.No : 103567

SERUM ASKISI KROM AYAKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Serum askısının gövdesi 42 mm çapında, taşıyıcı borusu 32 mm çapında Paslanmaz Çelik borudan imal edilmelidir.
2. Serum askısı dört adet metal serum kancasına sahip olmalıdır. Kancaların ucu dairesel olarak şekillendirilmiş olmalıdır.
3. Serum askısının yüksekliği 1200 ile 2000 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır. Askı yüksekliğinin sabitlenebilmesi için vida sistemi bulunmalıdır.
4. Serum askısının gövdesi infüzyon pompası taşıyabilecek dengeye sahip olmalıdır.
5. Serum askısı Krom-Nikel kaplamalı ayak bölümüne sahip olmalıdır.
6. Ayak bölümünde ikisi frenli beş adet tekerlekleri bulunmalıdır.
7. Üretici firmanın TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
8. Üretici firma ISO 9001 ve 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
9. Serum askısı imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.

Uzm. Dr. Feyza BOĞA
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Dip. Tes. No: 145254
Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Fatma GÜL ÖZTÜRK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Dip. Tes. No: 145254
Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi

ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Şeref TELSİZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 97844

YOĞUN BAKIM HASTABAŞI KOMİDİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Komodin yoğun bakım şartlarına uygun olmalıdır.
- 2- Kolay temizlenebilir, enfeksiyon açısından uygun malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 3- Çekmeceler raylı sistem olmalıdır.
- 4- Eşya koyabilmek için çekmece ve dolap arasında bölme olmalıdır.
- 5- Üst çekmecenin içinde bölümlü plastik kabı olmalıdır.
- 6- 360 derece dönebilir, kilitlenebilir tekerler olmalıdır.
- 7- Yemek tablası komodin yanında olup istendiğinde çıkarılıp, yemek tablası olarak kullanılabilmelidir.
- 8- Yemek tablası aşağı yukarı hareket edebilmelidir.
- 9- Amortisör kontrollü yükseklik olmalıdır.
- 10- Renk tercihi olmalıdır.
- 11- Dolap kısmında bir bölmesi olmalıdır.
- 12- En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

Kerem YİYEN
Hemşire

Antep Şehitkamil Devlet Hastanesi
Op.Dr. Selcan AKKER COLAK
Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes.No:128219/Üz.Tes.No:105394

ANTEP ŞEHİTKAMİL
DEVLET HASTANESİ
Op.Dr. ÖZGE DUTKUN
Çocuk Cerrahisi Uzmanı
No:145444 Üz. Tes. No:116157

Satın alma