



T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 1841
Konu : Teklif Vermeye Davet

24.05.2018

İlgili Firma;

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **25.05.2018 CUMA günü saat 16:30'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLBAŞ
Müdür Yardımcısı

TEL: 0464 213 04 91 (1562)
FAX: 0464 214 28 12
MAIL: rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB KODU	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MIKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	PTCA KILAVUZ TEL 0.0014	150	Adet			
GENEL TOPLAM						

1. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2. Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum
3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hath yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir

...../...../2018
Firma Kaşe ve İmz

- ZAMANINDA GELMEYEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
- MALZEMENİN TESLİMAT SÜRESİ 15 (ONBEŞ) GÜNDÜR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. (1 SAYFA)

HİDROFİLİK 0.014 İNCH GUIDEWIRE

- 1.Koroner Anjioplasti işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Tel 0.014"(inch) kalınlığında ve 185(4cm)uzunluğunda olmalıdır.
- 3.Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalıdır,yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.
- 4.Distal segment (yumuşak kısım) minimal sürtünme yönünden silikon veya hidrofilik kaplama ve biyolojik uyumlu olmalıdır.
- 5.Proximali PTFE kaplı olmalıdır.
- 6.Seri soft (floppy),intermediate,standart uç ve extra support özelliği olan J ve strait tip kılavuz telleri barındırmalıdır.Özel endikasyonlarda kullanılmak üzere(kronik total okluzyonlarda kullanım,hidrofilik kaplama, distal uç inceltmesi,değişik güçte gövde ve uç desteği vb.)üretilmiş telleri ihtiva etmelidir.Kurum istediğinde toplam sayının &10 unu geçmemek şartı ile özellikli telleri temin edebilmelidir.Bu tellerin numuneleri değerlendirme aşamasında temin edilmelidir.

Doç.Dr. Turan ERDOĞAN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes.No: 124862-88760
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç.Dr. Yüksel ÇİÇEK
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes.No: 81260-53910
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç.Dr. Mustafa ÇETİN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 114877-77997
(Sağlık Bakanlığı R01.E.U.)
Eğitim ve Araştırma Hastanesi