



T.C  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
T.C Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan  
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./1861  
Konu : Teklif Vermeye Davet

28.05.2018

İlgi Firma; .....

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **31.05.2018 PERŞEMBE günü saat 11:30'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLBAŞ  
Müdür Yardımcısı

TEL: 0464 213 04 91 (1562)

FAX: 0464 214 28 12

MAİL: rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	UBB KODU	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	SÜTÜR PESSER	1	Adet			
2	LAPORASKOPİK HUNİ	1	Adet			
<b>GENEL TOPLAM</b>						

1. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2. Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum
3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatlı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir

...../...../2018  
Firma Kaşe ve İmz

- ZAMANINDA GELMEYEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
- MALZEMENİN TESLİMAT SÜRESİ 15 (ONBEŞ) GÜNDÜR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. ( 1 SAYFA )

**SUTURE PESSER FORCEPS ŞARTNAMESİ**  
**101.103**

- a) Tamamı reusable olmalıdır
- b) Forceps rahat facia geçişini sağlamak için sivri uç yapısına sahip olmalıdır.
- c) Çapı 2.5 mm olmalıdır. Uzunluğu 15cm ve 25cm keskin uçlu seçenekleri olmalıdır.
- d) Tutamaç kilitli ve kiltsiz seçenekleri olmalı.
- e) Şaft sabit ayda 360 derece dönebilen seçenekleri olmalı.
- f) Forceps ucu distalinde açılabilir ve sütürü yakalayabilmek için çentikli çene yapısına sahip olmalıdır.
- g) Açılı handle sayesinde rahat kullanımı ve uç kısmının tek çene şeklinde açılıp ,kapanmasını sağlamalıdır.
- h) Yıkama portu olmalıdır.
- i) Kullanıcının tercihine bağlı olarak forceps aşağı veya yukarı açılabilme seçeneklerine sahip olmalıdır.
- j) Serçe parmak destek yeri olmalıdır.
- k) 1 adet sütür pesser reusable geçiş trokarı olmalıdır.
- l) Sütür pesser geçiş trokarı iki yandan açılı delikli olmalıdır.
- m) Verilecek olan sütür pesser ile uyumlu bir şekilde çalışmalıdır.

Yrd. Doç.Dr. Süleyman KALCAN  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Ves. No: 133038  
Sağlık Bakanlığı R.T.E.Ü. Eğit. Arş. Nest.

Opr. Dr. Ali DEMİR  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Ves. No: 122880  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Rize Kamü. Hastaneleri Birliği  
R.T.E.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Ahmet PERGEL  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Ves. No: 88306-59753  
Sağlık Bakanlığı R.T.E.Ü.  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi