



TC.
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 1876
Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

06.06.2018

İlgi Firma;

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır.
İlgilendiğiniz takdirde yaklaşık maliyete esas birim fiyat teklifinizi **11.06.2018 PAZARTESİ günü saat 13:00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLEBAŞ
Müdür Yardımcısı

TEL: 0464 213 04 91 (2095)
FAX: 0464 214 28 12
MAİL: rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	UBB KODU ve MARKA	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	STORZ MARKA UYUMLU 0° TELESKOP	Adet	1			
2	STORZ MARKA UYUMLU ÜRETROTOM KILIFI	Adet	1			
3	STORZ MARKA UYUMLU OBTÜRATÖR	Adet	1			
4	STORZ MARKA UYUMLU ÇALIŞMA ELEMANI SETİ	Adet	1			
5	STORZ MARKA UYUMLU SOĞUK BIÇAK	Adet	6			
6	STORZ MARKA UYUMLU SOĞUK BALTA	Adet	6			
7	STORZ MARKA UYUMLU KAVRAMA FORSEPSİ	Adet	3			
8	STORZ MARKA UYUMLU KAVRAMA FORSEPSİ	Adet	3			
9	STORZ MARKA UYUMLU RİJİT URS İÇİN COLD CUP	Adet	2			
TOPLAM						

1. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2. Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum
3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatlı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
4. Zamanında Gelmeyen Teklifler Dikkate Alınmayacaktır.
5. Teknik Şartname Ektedir.
6. Kısmı teklife AÇIKTIR..

...../...../2018
Firma Kaşe ve İmza

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

- a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- b. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- c. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
- d. Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- e. Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.

f. Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. 1 Adet 0° Teleskop ✓

1. 0° ve geniş açılı olmalıdır.
2. Düz ileri görüşlü olmalıdır.
3. Çapı 4 mm olmalıdır.
4. Otoklavlanabilir özellikte ve fiber optik ışık transmisyonlu olmalıdır.

2. 1 Adet Üretrotom Kılıfı ✓

1. 21 Fr. olmalıdır.
2. Filiform-Bujiler için kanalı bulunmalıdır.
3. 2 adet LUER-lock adaptörü ile birlikte verilmelidir.

3. 1 Adet Obtüratör ✓

21 Fr. olup, üretrotom kılıfı ile birlikte kullanılabilir.

4. 1 Adet Çalışma Elemanı Seti ✓

Teklif edilecek çalışma elemanı optikalüretrotomi amaçlı, üretral darlıkların tedavisi için kullanılabilir ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1. Teklif edilecek setin bir parçası olan çalışma elemanı pasif kesme, yani, geriden ileriye doğru kesim yapmak için uygun olmalı, bıçağın hareketi yay mekanizması ile sağlanmalıdır. Normal pozisyonda bıçak kılıfın içinde olmalıdır.
2. Teklif edilecek setin bir parçası olan çalışma elemanı tek bacaklı bıçakların kullanımına uygun olmalıdır.
3. Teklif edilecek setin bir parçası olan çalışma elemanı, gerektiğinde, elektrot takılarak uretral rezeksiyon (TUR) çalışma elemanı olarak da kullanılabilir. Buna uygun olarak çalışma elemanı üzerinde loop girişine uygun yüksek frekans kablo girişi olmalıdır.
4. Teklif edilecek çalışma elemanı seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - 1 adet Çalışma Elemanı
 - 6 adet Bıçak
 - 6 adet Balta
5. **6 Adet Soğuk Bıçak** ✓
 1. Teklif edilen üretrotom bıçağı düz olmalıdır.
 2. İnternalüretrotom darlıkları için kullanıma uygun olmalıdır.
 3. 21 Fr. üretrotom kılıfları ile kullanıma uygun olmalıdır.
6. **6 Adet Soğuk Balta** ✓

Üretrotom için kullanılabilir ve yuvarlak olmalıdır.

- **3 Adet Kavrama Forsepsi**

Teklif edilecek forseps üreterorenoskopların merkezi kanalından kullanıma uygun olmalı ve aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. Taş parçaları için kullanılabilir.
2. Çift çene hareketli ve rijit olmalıdır.
3. Kısa çeneli olmalıdır.
4. Çapı 4 Fr. ve uzunluğu 60 cm. olmalıdır.

- **3 Adet Kavrama Forsepsi** ✓

Teklif edilecek forseps üreterorenoskopların merkezi kanalından kullanıma uygun olmalı ve aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. Büyük taş parçaları için kullanılabilir.
2. Tek dişli ve uzun çeneli olmalıdır.
3. Çift çene hareketli ve rijit olmalıdır.
4. Çapı 4 Fr. ve uzunluğu 60 cm. olmalıdır.

- **2 Adet RijitUrs İçin Cold Cup** ✓

1. Tek dişli ve uzun çeneli olmalıdır.
2. Çift çene hareketli ve rijit olmalıdır.
3. Çapı 4 Fr. ve uzunluğu 60 cm. olmalıdır.