

T.C.
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 1885
Konu : Teklif Vermeye Davet

07/06/2017

İlgi Firma;

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelere ait hazırlayacağınız KDV hariç olmak üzere birim fiyat tekliflerinizi 11/06/2018 tarih ve saat 12.00 a kadar aşağıdaki tele faks numarasına veya satın alma birimine verilmesini rica ederim.

Engin YEŞİLBAŞ
Müdür Yardımcısı


S.No	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	UBB NO	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	NEBİLÜZATÖR ULTRASONİK VAPORİZASYON KRİSTALİ	ADET	10			

- UBB KODLARINI VE SUT KODLARINI MUTLAKA BELİRTİNİZ
- Teklifinizde ödeme süresiyle ilgili herhangi bir ifade belirtmeyiniz.
- KISMİ TEKLİFE AÇIKTIR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- ZAMANINDA GELMEYEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- TEKLİFİNİZLE BERABER MUTLAKA KATALOG GÖNDERİNİZ. KATALOG GÖNDERMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- TEKLİFİNİZLE BERABER MUTLAKA ÖRNEK FATURA GÖNDERİNİZ.

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2018
Firma Kaşe ve İmza



NEBÜLİZATÖR ULTRASONİK VAPORİZASYON KRİSTALİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Nebülizatör kristali Hirtz ve Hikoneb marka nebülizatör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır.
- 2.Kristaller kullanılmamış olacaktır.
- 3.Frekansı 1.7 MHz olmalıdır.

Yasin GÜNAY
Biyomedikal Mühendisi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Rize Kadın Hastalıkları Birliği
R.S.U. Eğitim ve Araştırma Hastanesi