



TC.
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./1887
Konu : Teklif Vermeye Davet

07.06.2018

İlgi Firma;

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **11.06.2018 PAZARTESİ günü saat 11:00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLBAŞ
Müdür Yardımcısı

TEL: 0464 213 04 91 (2095)
FAX: 0464 214 28 12
MAİL: rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr


Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİMİ	MİKTARI	UBB KODU	SUT KODU	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	PENİSİLİN DUYARLILIK DERİ TESTİ KİTİ (DAP KİT)	KUTU	2				
2	AMOKSİSİLİN DUYARLILIK DERİ TESTİ KİTİ	KUTU	2				
3	KLAVULONİK ASİT DUYARLILIK DERİ TESTİ KİTİ	KUTU	2				
GENEL TOPLAM							

1. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2. Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum
3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatlı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
4. Zamanında Gelmeyen Teklifler Dikkate Alınmayacaktır.
5. Teknik Şartname Ektedir.(3 Sayfa)
6. Malzeme teslimat süresi 15 (onbeş) gündür.
7. SUT ve UBB kodları mutlaka yazılacaktır.
8. Kısmi teklife açıktır.

...../...../2018
Firma Kaşe ve İmza

Penicillin Duyarlılık Test Kiti Teknik Şartnamesi

- Her bir kit 3 PPL (Major Determinant) + 3 MD (Minör Determinant) + 12 Diluent içermelidir.
- Kit içerisinde yer alan her bir PPL ve MD şişeleri 1 ml lik ambalajlar halinde bulunmalıdır.
- Her PPL şişesinde 0.04 mg Benzylpenicilloyl octa-L-lysine liyofilize halde bulunmalıdır.
- Her MD şişesinde 0.5 mg sodium benzyipenilloate liyofilize halde bulunmalıdır.
- PPL ve MD şişelerinde birleştirici olarak 20 mg Mannitol bulunmalıdır.
- Liyofilize PPL ve MD bileşenleri korumalı koyu renk şişelerde bulunmalıdır.
- Her bir kit 12 adet Diluent içermelidir.
- Kitler < 25 C de saklanmalıdır.


Dr. A. Akın Burtun DURSUN
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Diyadinli ve Hastalıkları Uzmanı
Diyadinli Hastalıkları Uzmanı
Etilim ve Hastalıkları Uzmanı
Etilim ve Hastalıkları Uzmanı

