

**T.C.**  
**ŞANLIURFA VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği**

**SAYI : 223**

**KONU: Teklif Mektubu**

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d Maddesine esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

E-mail : seahsatalma@gmail.com  
Telefon : 0(414) 317 26 24/26/31/32/35/37/41  
Fax : 0(414) 317 26 30

  
**Uğur YURTSEVEN**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

S.No	Adı	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam
1	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 00 MİLLER	41	ADET			
2	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 00 MACİNTOSH	7	ADET			
3	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 0 MİLLER	43	ADET			
4	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 0 MACİNTOSH	11	ADET			
5	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 1 MİLLER	11	ADET			
6	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 1 MACİNTOSH	13	ADET			
7	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 2 MİLLER	5	ADET			
8	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 2 MACİNTOSH	12	ADET			
9	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 3 MİLLER	1	ADET			
10	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 3 MACİNTOSH	11	ADET			
11	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 4 MİLLER	4	ADET			
12	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 4 MACİNTOSH	12	ADET			
13	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 5 MİLLER	1	ADET			
14	LARİNGOSKOP BIÇAĞI 5 MACİNTOSH	11	ADET			
<b>GENEL TOPLAM</b>						

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

**\*\*\* UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.**

**\*\*\*Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca yapılmayacaktır.**

**Hastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:1 EYYÜBİYE / ŞANLIURFA**

**Topçu Meydanı Vergi Dairesi : 7990402358**

**Not : Mal alımlarında teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde firma teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.**

## LARENGOSKOP BIÇAĞI (BLADE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ürün hastanemizde kullanılan fiberoptik handlelerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2-Ürün fiberoptik yapıda olmalı üzerinde herhangi bir ampul devresi bulunmamalıdır.
- 3-Ürün tek parça olmalı üzerindeki fiberoptik lif muntazam şekilde tümleşik olmalıdır.
- 4-Ürün paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı üzerinde stainless ibaresi yer almalıdır.
- 5-Ürünler buhar otoklavında steril edilebilmeli ve dezenfektan solüsyonlara uygun olmalıdır.
- 6-Ürün servisimizde mevcut handle ler ile tam uyumlu olmalı herhangi bir sıkışma, zorlama olmamalı, herhangi bir ışık kaçağı olmamalı tam olarak oturmalı, takması ve çıkartması muntazam şekilde olmalı, ürün köşeleri yuvarlatılmış olmalı hastaya zarar vermemeli ve bu özellikleri numune üzerinde test edilerek uygunluk verilecektir.
- 7-Firmalar ihtiyaç listesinde belirtilen tüm boylardan 1 er adet numune sunmalı en son numuneye göre değerlendirilecektir.
- 8-Ürün üzerinde marka, model, seri numarası ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.
- 9-Ürün görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır.
- 10-Ürün Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- 11- Ürün kullanım süresinde hasar dışında oluşabilecek bir arıza veya hata için firma garanti taahhütnamesi vermelidir.

Firat İnanç  
[Signature]

Erbi YPBA  
[Signature]