



TC.
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 1906
Konu : Teklif Vermeye Davet (Doğrudan Temin)

11.06.2018

İlgi Firma;

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **13.06.2018 CARSAMBA günü saat 10:30'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YESİLBAŞ
Müdür Yardımcısı

TEL: 0464 213 04 91 (2095)
FAX: 0464 214 28 12
MAİL: rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİMİ	MİKTARI	UBB KODU	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
GAMBRO MARKA AK98 MODEL HEMODİYALİZ CİHAZLARI İÇİN;						
1	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON KARTUŞU SİTRİK ASİT TOZ (CLEAN CART-C TOZ KARTUŞ)	ADET	650			
2	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON KARTUŞU SODYUM KARBONAT TOZ (CLEAN CART-A TOZ KARTUŞ)	ADET	100			
						GENEL TOPLAM

1. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2. Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum
3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatlı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
4. Zamanında Gelmeyen Teklifler Dikkate Alınmayacaktır.
5. Kısmi teklife açıktır.
6. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.(1 SAYFA)

...../...../2018
Firma Kaşe ve İmza

**HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON KARTUŞU SİTRİK ASİT TOZ (CLEAN CART-C TOZ KARTUŞ)
TEKNİK ŞARTNAME**

1. İçinde hazır kullanıma uygun kartuş içinde 32 gr Sitrik asit olmalıdır.
2. Kartuşun dış yapısı polypropylene olmalıdır.
3. PH 2 seyretilmiş eriyik halinde olmalıdır.
4. Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka hemodiyaliz cihazlarına uymalı ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.
5. Kartuşun her iki ağzıda tamamen kapalı olmalı, bu sayede içerisinde bulunan kimyasalın hava ile teması engellenmiş olmalıdır. Kartuş cihazın bicart tutucusuna takıldığı anda bicart tutucu tarafından açılmaya uygun olmalıdır.
6. Teslimat esnasında, teslim edilecek ürünün miadı en az 1 yıl olmalıdır.
7. Teklif veren firma teklifle birlikte Clean Cart – C Toz Kartuşun Ubb numarasını sunmalıdır.

**HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON KARTUŞU SODYUM KARBONAT TOZ (CLEAN CART-A TOZ
KARTUŞ) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İçinde hazır kullanıma uygun kartuş içinde 13 gr Sodyum Karbonat olmalıdır.
2. Kartuşun dış yapısı polypropylene olmalıdır.
3. PH 2 seyretilmiş eriyik halinde olmalıdır.
4. Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka hemodiyaliz cihazlarına uymalı ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.
5. Kartuşun her iki ağzıda tamamen kapalı olmalı, bu sayede içerisinde bulunan kimyasalın hava ile teması engellenmiş olmalıdır. Kartuş cihazın bicart tutucusuna takıldığı anda bicart tutucu tarafından açılmaya uygun olmalıdır.
6. CE belgesine sahip olmalıdır.
7. Teslimat esnasında, teslim edilecek ürünün miadı en az 1 yıl olmalıdır.
8. Teklif veren firma teklifle birlikte Clean Cart – A Toz Kartuşun Ubb numarasını sunmalıdır.

Zeliha Merve KAPLAN
Biyomedikal Mühendisi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Rize Kamu Hastaneleri Birliği
R.T.E.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi