

T.C.  
ŞANLIURFA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği

SAYI : 234  
KONU: Teklif Mektubu

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d Maddesine esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

E-mail : seahsatalma@gmail.com  
Telefon : 0(414) 317 26 24/26/31/32/35/37/41  
Fax : 0(414) 317 26 30

  
**Orhan İMREK**  
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.No	Adı	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam
1	AMELİYAT MASASINA MONTE EDİLEBİLEN EKARTÖR SİSTEMİ	1	ADET			
<b>GENEL TOPLAM</b>						

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

\*\*\* UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.  
\*\*\*Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca yapılmayacaktır.

Hastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:1 EYYÜBİYE / ŞANLIURFA  
Topçu Meydanı Vergi Dairesi : 7990402358  
Not : Mal alımlarında teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde firma teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

## Ameliyat Masasına Monte Edilebilen NathansonStrongArm

### EkartörSistemi Teknik Şartnamesi

- Sistem aşağıda dökümü yapılan Yedi (7) Parçadan Oluşmalıdır:
  - 1- Yüksekliği ayarlanabilen 38.1cm uzunluğunda Tekli StrongArm Kol. Kol birbirine bağlantılı Üç parçadan oluşmalıdır. Yüksekliği 8.9cm ile 29.2cm arasında ayarlanabilen dikey kol dikey kola mafsal ile bağlı 26.6cm uzunluğunda orta kaide parçası ve orta kaideye ayar kolu ile bağlı 33cm uzunluğunda uç kol kaide parçası. Materyal bileşimi 303 Medikal Derece Paslanmaz Çelik olmalıdır.
  - 2 - Adet, Dayanıklı, tek el hareketi ile ameliyat masasına irtibatlandırılabilen, manivela ayar Koluna sahip, yaylı, ameliyat masası sıkıştırma parçası. Materyal bileşimi 303 Medikal Derece Paslanmaz Çelik olmalıdır.
  - 3 – Küçük Boy 5mm NathansonHook. Materyal bileşimi 303 Medikal Derece Paslanmaz Çelik Olmalıdır.
  - 4 – Orta Boy 5mm NathansonHook. Materyal bileşimi 303 Medikal Derece Paslanmaz Çelik Olmalıdır.
  - 5 – Büyük Boy 5mm NathansonHook. Materyal bileşimi 303 Medikal Derece Paslanmaz Çelik Olmalıdır.
  - 6 – Paslanmaz Çelik Cerrahi Alet ve Ekartör Tutucu. 3.5mm ile 15mm arasındaki Cerrahi Alet Ve Ekartörler için uygun olmalıdır. Materyal bileşimi 303 Medikal Derece Paslanmaz Çelik olmalıdır.
  - 7 – Delrin Tip Rijit Endoskop Tutucu. 1.5mm ile 15mm arasındaki Endoskoplar ile uyumlu Olmalıdır. Gövde 303 Medikal Derece Paslanmaz Çelik Alet Tutucu Kısmı ise Delrin Materyalinden imal olmalıdır.

Bu ürüne ek olarak aşağıda belirtilen maddelere uygun karaciğer ekartörü ;

- PretzelEkartörü 5mm Trokarlardan geçerek batin içerisinde Pretzel şeklini alabilmelidir.
- PretzelEkartörün toplam shaft uzunluğu 640mm olmalıdır.
- PretzelEkartörü batin içerisinde şekil aldıktan sonra 285mm çalışma uzunluğuna sahip olmalıdır.
- Pretzel şeklinin genişliği 100mm, yüksekliği 60mm olmalıdır.
- PretzelEkartörü ergonomik kabzaya sahip olmalıdır.
- PretzelEkartörü üzerinde iç shaft mekanizmasının düzgün temizliği ve verimli sterilizasyonunu sağlayan temizleme portu bulunmalıdır.
- PretzelEkartörünün üzerinde tamamı ile trokardan geçtikten sonra batin içerisinde şekil almasını sağlayan aktivasyon tutacı bulunmalıdır.
- Geniş Pretzel şekli itibarı ile ekarte edilen organlara baskıyı minimum düzeyde tutabilmelidir.
- Spesifik Pretzel şekli cerrahi esnasında kolay görünüm sağlayabilmelidir.
- Üçgen yapıdaki ekartörler ile karşılaştırıldığında çok daha dar bir alanda şekil alabilmelidir.
- Ekartör üzerinde mutlaka metal sterilizasyon başlığı bulunmalıdır.
- Ekartörün verimli sterilizasyonu 132-137 derece arasında buhar otoklavında sağlanabilmelidir.

Teslimat sırasında ameliyathaneye bırakılmalıdır.

**Op.Dr.Tufan GÜMÜŞ**  
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip.No:2010-09-0052  
Dip. Tescil No:152845

**Op.Dr.Zeynep ANADOLULU**  
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip.No:27059/30267 - Dip.Tescil: No:139266