

T.C.  
GAZİANTEP VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şehitkâmil Devlet Hastanesi

Sayı : 48736255/....

10/08/2018

Konu : Teklife Davet

Sayın : İNTERNETTE YAYINLANMASI

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem 1008410102 KÜNYE NUMARALI MİKRO MOTOR TAMİRATI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 16.08.2018 tarih ve saat 15:00`a kadar göndermenizi rica ederim.

  
Zekariye ATEŞ  
Hastane Müdür Yrd.

Satınalma tarih ve saati : 16.08.2018 - 15:00

Teklif Başvuru Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

Teslimat Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

EK: 1 Kalem İhtiyaç Listesi

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI:

1. Türk Lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Teknik şartname [www.sehitkamildh.gov.tr](http://www.sehitkamildh.gov.tr) adresinden görülebilir. Teknik şartnamede belirtilen hususlara riayet edilecektir.

NOT: Tekliflerinizi hastanemizin "sehitkamilsatinalma@gmail.com" mail adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz.

NOT: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Malın muayene ve tesellümüne müteakip muhasebeye intikal tarihinden itibaren, kurum ödeme imkanları dahilinde, 90 gün içerisinde TL(Türk Lirası) olarak yapılır.İdarenin zaruri nedenlerden dolayı 90 gün içerisinde ödeme yapamaması durumunda vade-faiz vb. hak ve alacak talebinde bulunulamaz.

T.C.  
GAZİANTEP VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şehitkâmil Devlet Hastanesi  
TEKLİF CETVELİ

Sıra No	Mahn / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	1008410102 KÜNYE NUMARALI MİKRO MOTOR TAMİRATI	1	ADET		

EK: Teknik şartname

## ŞARTNAME

1. Cihaza takılan parçalar cihazın orijinal parçaları olmalıdır.
2. Cihaza takılan parçalar hastanemiz medikal servise teslim edecektir.
3. Parça değişimi durumun danda en az 6(altı) ay garantili olmalıdır. Kullanım sırasında oluşan bütün arızaları Firma giderecek ve hastaneden ek ücret talebinde bulunmayacaktır
4. Değişen parça cihazla beraber teslim edilmelidir. teslim edilmeyen parça olursa cihaz kabul edilmeyecektir.
5. Cihazlarda oluşan bütün arızalar giderilecek
6. Yapılan tamirat sonrası açıklayıcı servis raporu tutularak hastanemize teslim edilmelidir
7. 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun gereğince garanti belgesi satılması zorunlu olan ürünler listesi ve Tamirat süresi 20 iş gününü geçmemelidir.
8. Tamirat süresi 20 iş gününü geçtiği takdirde hastane firmaya cezai işlem yapma hakkına sahiptir.
9. Cihazın tamiratının yapılması durumunda en az 6 ay garantili olmalıdır
10. Cihazın çalışır durumda teslim edilecektir
11. Cihazın uçu orijinal olmalıdır.
12. Cihazın bütün parçalarının bakımları yapılacaktır değişmesi gereken parçalar varsa değişecek ek ücret talebinde bulunulmayacaktır.
13. Cihaz yüzeysel mekanik, motor ve kablo kısımlarında aşınma ve arıza varsa cihazın tamiratları yapılacak arızası giderilecektir.
14. Firma cihazın transferi sırasında veya tamir sırasında cihazda oluşabilecek deformasyon veya arızalanma, düşme, kırılma vb genel olayların tamamından firma sorumludur. Olası bir durumda her türlü hasarı ÜCRETSİZ telafi edecektir
15. Cihazın arızası giderilerek medikal teknik servisin onayı alındıktan sonra cihaz teslim alınacaktır.

  
