

T.C.  
GAZİANTEP VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şehitkâmil Devlet Hastanesi

Sayı : 48736255/....

12/09/2018

Konu : Teklife Davet

Sayın :İNTERNETTE YAYINLANMASI

-  
Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem (782813) 4 KALEM HASTA BAŞI MONİTÖR KABLOSU ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 17.09.2018 tarih ve saat 10:00`a kadar göndermenizi rica ederim.

Zeheriye ATEŞ  
Hastane Müdür Yrd.

Satınalma tarih ve saati : 17.09.2018 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

Teslimat Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

EK: 4 Kalem İhtiyaç Listesi

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ  
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI:

\* Firma/firmalar, teklifte buldukları ürün/ürünler için idarece istenildiği takdirde 3 iş günü içerisinde NUMUNE göndermek zorunda olup, NUMUNESİ olmayan firma/firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

\* Ürün/ürünlere ait teknik şartnameleri;

Hastanemizin web adresinden ([www.sehitkamildh.saglik.gov.tr](http://www.sehitkamildh.saglik.gov.tr)) indirebilir ya da

0342 - 324 6767 (1461 ve 1466) den ve [sehitkamilsatinalma@gmail.com](mailto:sehitkamilsatinalma@gmail.com)

adresinden talep edebilirsiniz. Teknik şartnamede belirtilen hususlara riayet edilecektir.

\* Ürünün UBB Kaydı : İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin ürün numarasını (Barkodunu) teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

Ayrıca, serumlara teklif verilmesi halinde teklif verilen setlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (UBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

\* Ürün/ürünler için sunulan teklifler sadece TL cinsinden değerlendirilmekte olup, teklifte bulunan firma/firmalar sundukları teklifleri TL cinsinden vermek zorundadır.

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Malın muayene ve tesellümüne müteakip muhasebeye intikal tarihinden itibaren, kurum ödeme imkanları dahilinde, 90 gün içerisinde TL(Türk Lirası) olarak yapılır.İdarenin zaruri nedenlerden dolayı 90 gün içerisinde ödeme yapamaması durumunda vade-faiz vb. hak ve alacak talebinde bulunulamaz.

T.C.  
GAZİANTEP VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şehitkâmil Devlet Hastanesi  
TEKLİF CETVELİ

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	EKG KABLOSU GRABBER TİMSAH UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 5 LEAD (PETAŞ KMA 900 SERİSİ MONİTÖRE UYUMLU)	5	ADET		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ NIBP HORTUMU(PETAŞ KMA 900 SERİSİ MONİTÖRE UYUMLU)	5	ADET		
3	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN (PETAŞ KMA 900 SERİSİ MONİTÖRE UYUMLU)	5	ADET		
4	TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK (PETAŞ KMA 900 SERİSİ MONİTÖRE UYUMLU)	5	ADET		

EK: Teknik şartname

## EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.EKG kablosu PETAŞ monitörler ile uyumlu ve 5 uçlu olmalıdır.
- 2.Kablo,monitöre giren ana gövde ve gövdeye takılıp çıkarılabilen lead'lerden oluşmalıdır.
- 3.Leadler DIN standardı tipinde ve her iki ucunda renk kodlu olmalıdır.
- 4.Leadler mandal uçlu olmalıdır.Mandal uçların üzerinde ve DIN konektör üzerinde mutlaka renk kodlarını gösteren harfler olmalıdır.
- 5.Kablonun tümü plastik enjeksiyon olmalı,gövdede hiçbir şekilde vida bulunmamalıdır.
- 6.Kablonun CE belgesi olmalıdır.Satıcı firmanın veya temsilci firmanın ISO9001:2000 ve ISO 13485:2003 belgesi olmalıdır.

**Hülya ORUZLUOĞLU**  
Koroner Yolların Bakım  
Sorumlu Temsilci

**Uzm. Dr. Emre KUS**  
Dip.Tec.No.122298  
Kardiyoloji Uzmanı  
Sabit Ünlü Devlet Hastanesi

## NIBP HORTUMU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.Hastanemizde bulunan Petaş Marka KMA 900 model hastabaşı monitörlerine uyumu olmalıdır.
- 2.Manşet CE belgeli olacaktır.

**Hülya ONULLUOĞLU**  
Koroner Arter Hastalıkları  
Bölümü Hemşiresi

**Uzm. Dr. Emre KUS**  
Diy. Tes. No: 422278  
Kardiyoloji Uzmanı  
Sebrîkamil Devlet Hastanesi

## MANŞET (NIBP)TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.Hastanemizde bulunan PETAŞ marka KMA 900 model hasta başı monitörlerine uyumlu olmalıdır.
- 2.Manşet tek hortumlu olmalıdır.
- 3.Manşetin çapı 25-36 cm arasında olacaktır.
- 4.Manşet CE belgeli olacaktır.
- 5.Manşet anti alerjik polyesterden yapılmış olmalıdır.
- 6.Manşet cırt ile yapıştırılacak metal olmayacaktır.

**Hülya ORUĞLU**  
Kardiyoloji Uzmanı  
Sorumlu Hemşire

**Uzm. Dr. E. KUS**  
Dip.Tec.Nr. 20-5  
Kardiyoloji Uzmanı  
Selçuk Kemal Demirel Hastanesi

## PETAŞ SPO2 PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.PETAŞ KMA 900 hastabaşı monitörüne uyumlu olmalıdır.
- 2.Spo2 probu hasta parmağını sıkmamalı rahatsız etmemeli ve kan dolaşımını olumsuz etkilememelidir.
- 3.Spo2 probunun kablosu TPU materyalden yapılmış olmalıdır.
- 4.Spo2 probu ışık geçirmeyecek yapıda olmalıdır.
- 5.Spo2 probu ara kablo ile tam uyum sağlamalıdır.
- 6.ürün denendikten sonra teslim alınacaktır.

Hüseyin Kaya  
Kardiyo  
Sağlık Hizmetleri

Uzm. Dr. Emre KUŞ  
Dip.Tes.No.122328  
Kardiyoçji Uzmanı  
Behçetramil Devlet Hastanesi