

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şehitkâmil Devlet Hastanesi

Sayı : 48736255/....

21/09/2018

Konu : Teklife Davet

Sayın : İNTERNETTE YAYINLANMASI

-
Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem TOPCON MARKA 1008452050 KÜNYE NUMARALI GÖZ ANJİO CİHAZI TAMİRATI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 26.09.2018 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi rica ederim.

Zekeriye ATEŞ
Hastane Müdür Yrd.

Satınalma tarih ve saati : 26.09.2018 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

Teslimat Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

EK: 1 Kalem İhtiyaç Listesi

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şehitkâmil Devlet Hastanesi
TEKLİF CETVELİ


Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	TOPCON MARKA 1008452050 KÜNYE NUMARALI GÖZ ANJİO CİHAZI TAMİRATI	1	Adet		

EK: Teknik şartname


TAMİRAT ŞARTNAME

- 1- Cihaza takılan parçalar cihazın orijinal parçaları olmalıdır.
- 2- Parça değişimi durumunda değişen parça en az 1(bir) yıl garantili olmalıdır
- 3-Değişen parça cihazla beraber teslim edilmelidir
- 4-Cihazın tamiratının yapılması durumunda en az 6 ay garantili olmalıdır
- 5-Yapılan tamirat sonrası açıklayıcı servis raporu tutularak hastanemize teslim edilmelidir
- 6- Tamirat süresi 7 iş gününü geçmemelidir.
- 7-Yapılacak olan tamirat hastanemiz teknik servis gözetiminde yapılacaktır.
- 8-Cihazın arızası giderilerek medikal teknik servisin onayı alındıktan sonra cihaz teslim alınacaktır
- 9-Cihazın camera ve göz anjiyografi-flüoresan cihazlarında bakımı ve onarımları yapılacaktır.
- 10-Cihazın üzerinde kamerayla ve bilgisayarla iletişimi sağlayan kablolarda deformasyon,aşınma dış yüzeyinde deformasyon, iletim bozukluğu gibi sorun teşkil eden kabloların değişimi yapılacaktır.
- 11-Cihaz içerisinde dişli veya kartlarda sorun varsa değişimi yapılacak hastaneden ek ücret talebinde bulunulmayacaktır.
- 12-Firma, tamir işlemi veya transfer sırasında olası arızalanma, düşme, kırılma vb. gibi olayların tamamından sorumludur. Olası bir durumda her türlü hasar ÜCRETSİZ telafi edilecektir.
- 13-Metroloji hizmeti için görevlendirilen personellere ait her türlü iş güvenliği firma yükümlülüğündedir.
- 14- bakım, onarım hizmeti sırasında arızalı olarak tespit edilen ya da kalibrasyon (tolerans) değerleri dışında kalan değerler firma tarafından kalibrasyonu ücretsiz olarak yapacaktır.

Müslüm AKBAS
Biyomedikal Tekniker



Recep GÜNEŞ
Biyomedikal Tekniker



Osman ŞAHİN
ETİB Teknisyeni

