



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Hastane Yöneticiliği

BUZDOLABI ISI TAKİP FORMU

Doküman Kodu STK.FR.02	Yayın Tarihi 02.02.2013	Revizyon No 00	Revizyon Tarihi	Sayfa No 1/1
---------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------	-----------------

BÖLÜM-SERVİS:
YIL-AY :

ÖLÇÜM GÜNÜ	SICAKLIK		BUZLANMA		KONTROL EDEN AD - SOYAD - İMZA	NOTLAR
	I ÖLÇÜM	II ÖLÇÜM	VAR	YOK		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

****Buzdolabı Sıcaklığı (ilaç ve kit) : 2 - 8°C

Buzlanma Seviyesi : 0.5 cm

****Normalin dışında bir ölçüm gözlemlendiğinde Teknik Hizmetlere haber veriniz. Eğer dolapta ilaç saklıyorsanız geçici bir süre ile ilaçları diğer dolaplara aktarınız.