T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı

Sayı : 18824186/Sat./ 955 19.11.2026
Konu : Teklif Vermeye Davet

İlgi Firma; .....

Hastanemiz ORTOPEDİ Biriminde Kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeler 4734 Sayılı K.İ.K'in 22/F Maddesi gereğince, Kurumumuzca satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **19.11.2026 saat 17:30'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLBAŞ
Müdür Yardımcısı

FAX:0464 214 28 12

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Sut Kodu	Miktar	Birim	Birimi Fiyat	Toplam Tutar
1	SLAP ONARIMI(OMUZ) MALZEME SETİ		AE0960	1	ADET		
2	BANKART ONARIMI MALZEME SETİ		AE0970	1	ADET		
3	ROTATOR KILIF ONARIMI MALZEME SETİ		AE0980	1	ADET		
4	İĞNELİ/İĞNESİZ SUTUR ANCHOR		AE1250	1	ADET		
5	SUTUR İTİCİ		AE2300	1	ADET		
6	SUTUR TAŞIYICI		AE2260	1	ADET		
7	PEEK ANCHOR		AE1530	1	ADET		
8	ONE PIECE		AE1000	1	ADET		
9	TWISTIN CANNULLA		AE1020	1	ADET		
10	RF PROBU		AE2410	1	ADET		
11	SINGLE USE		AE2340	1	ADET		
12	SINGLE USE BURR		AE2440	1	ADET		
13	FİBER WİRE		AE2220	1	ADET		
					GENEL TOPLAM		

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2026
Firma Kaşe ve İmza

- TİTUBB ÇIKTILARI TEKLİF EKİNDE MUTLAKA OLACAKTIR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLERİNİZ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- KISMI TEKLİFE KAPALIDIR.
- SETLER TAM OLARAK GELECEK KULLANILMAYANLAR İADE EDİLECEKTİR.
- SETLER İLE ÜRÜN KATALOĞU GETİRİLECEK.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- ALIMA BİRİM FİYATLAR ÜZERİNDEN ÇIKILMIŞTIR. AMELİYAT ESNASINDA KULLANILACAK MALZEME MİKTARINA İSTİNADEN FATURA EDİLECEKTİR.
- ÖDEME GÜN SÜRESİ 5 AYDIR

HASTA ADI: FATSA****

Rize R.T.E.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi İslampaşa Mah. Şehit Ali İslamoğlu Sok. No:16 RİZE
Telefon: (0 464) 213 04 91(1902) Faks: (0 464) 214 28 12 mail:rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

**OMUZ ATROSKOPİ MALZEME SETİ(AE0970)
SUT KODU (AE 0960)
SUT KODU (AE 0980)

CORKSCREW II SUTURE ANCHOR (AE1250)

- Kemiğe Vidalanarak Yumuşak Doku Tespitinde Kullanılmalıdır,
- Kemiğe Tespit Malzemesi Titanyum Bileşeninden Oluşmalıdır,
- Vida İç Gövde Çapı 2mm , Yiv Çapı 3. 5mm Olmalıdır,
- Vida Toplam Uzunluğu 12.1mm Olmalıdır,
- Vida Arkasından Geçirilmiş Yumuşak Doku Tespiti İçin 1 Adet 2 numara polietilen gövdeli polyester kaplı Suture Materyali Bulunmalıdır
- Suture Kopma Dayanıklılığı en az 27 Kg olmalıdır,
- İplerin Rahat Hareketini Sağlamak İçin Vida Arkasında Yuva Olmalıdır,
- Kemiğe Tespit Ederken , Kendi Tornavidasına Takılı Olup Başka Bir Alete Gereksinim Duyulmamalıdır.
- Artroskopik Ve Açık Cerrahi Müdahalelerde Kullanılabilmelidir
- Kemiğe Tespit, Vidalama Yöntemi İle Yapılmalıdır.
- Gerekli Durumlarda Kendi Tornavidası İle Rahatlıkla Çıkarılabilme İmkanı Olmalıdır
- Tornavidasının Toplam Uzunluğu 23 cm Olmalıdır
- Tornavidası Üzerinde Derinlik Gösteren Kalibrasyon Çizgileri Olmalıdır,
- Tekkullanımlık cift kat steril paketlerde olmalıdır.

DISPOSABLE GRASPER İĞNELİ (AE2300)

- Artroskopik omuz cerrahisinde yumuşak doku içinden sutur geçirilmesinde kullanılmalıdır
- Toplam 26cm uzunluğundaki iğne 1.5 mm çapındaki tel ve ucunda sabit 5.5 cm uzunluğundaki nitinol parçadan oluşmalıdır,

İğne özel doku tutucusuna sabitlenebilmeli ve birlikte kullanılmalıdır

SUTUR TAŞIYICI(AE2260)

- Tüm Artroskopik Rotator Cuff ,Bankart Ve Slap Lezyonlarının Girişimlerinde Kullanılabilecek Özellikte Olmalıdır.
- Kanüllü Olmalı Ve Kanül İçerisinde 1 Adet esnek yapıda nitinol loop tel Bulunmalıdır.
- 45 derece sağa ve sola kıvrımlı, 90 ve 45 Derece yukarı Eğimli Çeşitleri Olmalıdır.
- Ucu İğne Şeklinde Her Türlü Yumuşak Dokudan Kolay Geçebilecek Özellikte Olmalıdır.
- Esnek yapıdaki nitinol loop tel, kanül gövdesindeki boşluktan İleri Geri rahat Hareket Ettirilebilmelidir,
- Sterile Paketlerde Ve Tek Kullanımlık Olmalıdır.

DÜĞÜMSÜZ DÜBELLİ ÇAKILABİLİR ANCHOR 3.5 mm (AE1530)

Kemiğe Çakılarak Yumuşak Doku Tespitinde Kullanılmalıdır

- İmplant 2 ayrı parçadan oluşmalı, uç kısım ve ana gövde PEEK(poly-ether-ether-ketone) materyalinden, Oluşmalı ve kendine özel çakıcısı üzerinde olmalıdır
- İmplant uç kısmı tesbit suturelerinin geçirileceği deliğe sahip olmalı
- İmplantın ana gövdesi kemiğe çakıldığında uç kısmın geri gelmemesini sağlamalıdır
- İmplant ana gövdesi çapı 3.5 mm ve toplam uzunluğu 14 mm olmalıdır,
-
- Artroskopik Ve Açık Cerrahi Müdahalelerde Kullanılabilmelidir

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma
Op. Dr.
Ortopedi ve
Diş Tescil No: 2160/9

- Yumuşak Dokuların Kemiğe Tesbitinde düğüm atmaya gerek kalmadan çakma Yöntemi İle Tesbit Yapılmalıdır.
- Gerekli Durumlarda Kendi Tornavidası İle Rahatlıkla Çıkarılabilme İmkanı Olmalıdır
- Tornavidası Üzerinde Derinlik Gösteren Kalibrasyon Çizgileri Olmalıdır,

ONE PIECE MAIN PUMP TUBING (AE1000)

- İrrigasyon Seti Cihaz Bağlantısı Kartuş Sisteminde Olmamalı
- İki Ayrı Sıvı Girişi Bulunmalı Ve Aynı Anda İki Torbaya Takılabilmeli
- Uzantısı Üzerinde 26 cm Uzunluğunda Silikon Yapıda Çevirme Turnikelerine Rahat Takılan Bağlantısı Olmalı
- Silikon Bağlantının Devamında Silindirik Şekilde Basıncı Dengeleyecek Algılayıcı Sensor Olmalı.
- İrrigasyon Seti Her Marka Artroskop Kanülüne Takılabilir, Vidalı Veya Ek Bağlantısı İle Geçmeli Olmalı
- Sadece İnflow Özellikte Olmalı
- Cihaz Bağlantısı İle Kanül Bağlantısı Arası Uzunluk En Az 3 Metre Olmalı
- Cihaz Bağlantısı İle Sıvı Girişi Arası En Az 1,5 Metre Olmalı
- Suyun Akışını Kesmeye Yarayan Üç Adet Anahtar Bulunmalı
- Artroskopik Girişimlerde Kullanılabilir Nitelikte Steril Paketli Olmalı

TWIST-IN CANNULA (AE1020)

- 8,25 mm Çapında Olmalıdır
- Şeffaf Olmalıdır
- Vida Tarzında Yivli Ve Çevirerek Girebilen Yapıda Olmalıdır
- Kanül İçerisinde cift Silikon Zar Olmalı Ve Sıvı Çıkısını Engellemeli
- Obturatorü İle Birlikte Verilmeli
- Obturatorün Uzunluğu 16,5 cm Olmalı
- Obturator Üzerinde Kanüle Geçen Çıkıntıların kilit mekanizması Bulunmalı
- Üzerinde Tek Musluk Ve Vidalı Musluk Kapağı Bulunmalı
- Çift kat Steril pakette tek kullanım olmalıdır

RF PROBU (AE2410)

- Rf Teknolojisinde Çalışmalıdır
- Probun Doku Yüzeyinde Yarattığı Isı 40 İle 70 santigradDerece Arasında Olmalıdır
- Sadece Probların Temas Ettiği Yüzeylerde Etkili Olmalı
- Dokuya PenetrasyonuMax. 2 mm Olmalı
- Yüksek Frekanslı RfGeneratörü 100khz – 10 Mhz Arasında Frekans Üretmeli
- Problar MultiElektrod Ve Bipolar Özellikte Olmalı
- Problar Büzüştürme, Kesme, Buharlaştırma/İyonizasyon Ve Koagulasyon Yapabilir Özellikte Olmalıdır
- Prob Başları 2.3 mm İle 4.0 mm Çapları Arasında Olmalı
- Prob Başları 0 – 90 Derece Arasında Açılı Olmalı
- Probların Frekans Gücu 0 – 9 Birim Arasında Ayarlanabilir Olmalı
- Probların Kullanımında Hasta Plağına Gerek Duyulmamalı
- Uygun Problardaaspirasyon Özelliği Bulunmalıdır.
- Steril paketlerde tek kullanımlık olmalıdır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Cesur PEHLİVAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Diploma No: 218079

SINGLE USE SHAVER BLADES (AE2340)

- Artroskopik Yumuşak Doku Rezeksiyonu, Kemik Rezeksiyonu Ve Menisektomide Kullanılmalıdır
- Arkası Plastik ,İç Kesici Bıçak Ve Dış Kanülü Olmalıdır
- Steril Paketlerde Ve Tek Kullanımlık Olmalıdır
- 3.85 – 4.85 Ve 5.85 mm Dış Çaplarında, Farklı Renk Kodlarında Olmalıdır
- Kesici Uçlar Dişli Ve Dişsiz, Kemik Rezeksiyon Uçları Oval Yuvarlak Ve Silindirik Olmalıdır

- Uçlar, düz ve eğik olmak üzere 2 tip olmalıdır

SINGLE USE BURR BLADES (AE2440)

- Artroskopik Yumuşak Doku Rezeksiyonu, Kemik Rezeksiyonu Ve Menisektomide Kullanılmalıdır
- Arkası Plastik ,İç Kesici Bıçak Ve Dış Kanülü Olmalıdır
- Steril Paketlerde Ve Tek Kullanımlık Olmalıdır
- 3.85 – 4.85 Ve 5.85 mm Dış Çaplarında, Farklı Renk Kodlarında Olmalıdır
- Kesici Uçlar Dişli Ve Dişsiz, Kemik Rezeksiyon Uçları Oval Yuvarlak Ve Silindirik Olmalıdır
- Uçlar, düz ve eğik olmak üzere 2 tip olmalıdır

FiberWire (AE2220)

- Suturlar U.S.P. sütur standartlarına uygun olmalıdır.
- Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen (UYMAP) bir nüve üzerine örülmüş UYMAP ve polyesterden yapılmalıdır. İlave malzemeler ise silikon elastomer ve siyanoakrilat olmalıdır.
- Sütur, cerrahide kullanım için örülmüş, sterilize edilmiş ve kaplanmış polietilen elyaftan ve polyester elyaftan yapılmalıdır.
- Kaplama, süturun kayması, düğüm atma, ve süturun dokudan kolay geçmesi için kayganlaştırıcı vazifesi görümelidir.
- Tek kullanımlık tekli ambalajlarda olmalıdır.
- Paket üzerinde sterilizasyon tarihi olmalıdır.
- 2-0 kalınlığında en az 45 cm uzunluğunda ipi olan ve 26.5 mm ½ yuvarlak iğneli olmalıdır

Türkiye İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.

Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihazlarla ilgili mevzuatı kapsamına uygun olmalıdır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Çeşur ŞEHLİVAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tescil No: 218079