T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı

Sayı : 18824186/Sat./ 983
Konu : Teklif Vermeye Davet

19.11.2026

İlgi Firma; .....

Hastanemiz ORTOPEDİ Biriminde Kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeler 4734 Sayılı K.İ.K'in 22/F Maddesi gereğince, Kurumumuzca satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **19.11.2026** **saat 17:30'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLBAŞ
Müdür Yardımcısı

FAX:0464 214 28 12

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Sut Kodu	Miktar	Birim	Birimi Fiyat	Toplam Tutar
1	ACL REKONSTRUKSİYON ÖN ÇAPRAZ BAĞ MALZEME SETİ		AE0920	1	ADET		
2	ARKA ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRUKSİYONU MALZEME SETİ		AE0940	1	ADET		
3	MENİSKÜS TAMİR SETİ		AE0900	1	ADET		
4	ÇİFTBARLI ABSORBE OLMAYAN GÜÇLENDİRLMİŞ SUTÜR		AE2080	1	ADET		
5	FİBER MENÜSKÜS DİKİŞİ		AE2100	1	ADET		
6	GÜÇLENDİRİLMİŞ FİBER SUTUR		AE2220	1	ADET		
7	FEMORAL ASKI SİSTEMİ ENDO BUTTON		AE1090	1	ADET		
8	PEK İNTERFRANCE VİDA		AE1620	1	ADET		
9	STAPLE		AE1030	1	ADET		
10	MENİSKÜS ONARIM CİHAZI		AE2140	1	ADET		
11	GÜÇLENDİRİLMİŞ FİBER SUTUR		AE2230	1	ADET		
12	SUTUR GECİRİCİ		AE2250	1	ADET		
13	SUTUR İTİCİ		AE2300	1	ADET		
14	ELEKTRO CERRAHİ KALEMİ		AE2410	1	ADET		
					GENEL TOPLAM		

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2026
Firma Kaşe ve İmza

- UBB KODU VE SUT KODU MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- KISMI TEKLİFE KAPALIDIR.
- SETLER TAM OLARAK GELECEK KULLANILMAYANLAR İADE EDİLECEKTİR.
- ALIMA BİRİM FİYATLAR ÜZERİNDEN ÇIKILMIŞTIR. AMELİYAT ESNASINDA KULLANILACAK MALZEME MİKTARINA İSTİNADEN FATURA EDİLECEKTİR.
- ÖDEME GÜN SÜRESİ 5 AYDIR.

HASTA ADI: NUYURT*****

Rize R.T.E.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi İslampaşa Mah. Şehit Ali İslamoğlu Sok. No:16 RİZE
Telefon: (0 464) 213 04 91(1902) Faks: (0 464) 214 28 12 mail:rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

MENİSKÜS DİKİŞ SİSTEMİ

1. Sistem, 0 numara erimeyen ULTRABRAID sütura bağlanmış, serbestçe kayabilen, önceden düğümlenmiş 2 adet 5 mm PEEK-OPTIMA polimer sütur bardan oluşmalıdır.
2. Sistem, Artroskopik olarak dışarıdan düğüm atılmasına gereksinim duymadan kendi kendine düğümlenebilir yapıda üretilmiş olmalıdır.
3. Yukarı ve aşağı 15° seçenekleri olmalıdır.
4. Sistem, cerraha nörovasküler yapılara zarar verme riski olmadan, horizontal ve vertical mattress sütur atabilme olanağı sağlayarak All-Inside (Tamamı içeride) tekniğinde menisküs tamirinde kullanılabilmelidir.
5. Sistem tek kullanımlık steril paketler halinde üretilmiş olmalıdır.

ACL RECONSTRUCTİON SİSTEMİ

FEMORAL TÜNEL TESPİTİ İÇİN ASMA SİSTEMİ

1. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda yumuşak doku greftlerinin femoral fiksasyonunda kullanılır.
2. Greftin ortasından geçip grefti asacak şekilde düğümsüz (continous loop) polyester liflerden yapılmış bir ipliğe sahip olmalıdır.
3. Loop 1430 Newton güç taşımalıdır.
4. Vida yapısında olmamalıdır.
5. Continous loop uzunluğu 15mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, olmalıdır.
6. Düğümsüz iplik dört delikli 12 mm uzunluğunda, 4 mm genişliğinde bir düğmeye bağlı olmalıdır.
7. İmplant titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
8. Düğmenin boşta kalan deliklerinde konumlandırılmasına yardımcı iplikleri bulunmalıdır. Bu ipler 2 farklı renkte olmalıdır. 32 kg güce dayanıklı olmalıdır.
9. İmplant tekli steril paketlerde kullanıma hazır halde üretilmiş olmalıdır.

FEMORAL VE TİBİAL KANAL İÇİN EMİLMEYEN İNTERFERANS VİDASI

1. Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanılabilmelidir.
2. Kemikli ve yumuşak doku greftlerinin tespitinde kullanılabilmelidir.
3. Vidalar başsız yapıda olmalıdır.
4. Vida emilebilir yapıda olmamalıdır.
5. Vida yivleri keskin olmamalıdır.
6. Vidalar kanüllü olmalıdır.
7. Vidaların uzunluğu 20mm, 25mm, 30mm ve 35mm olmalıdır.
8. Vidalar 6,7, 8, 9, 10, 11 ,12 mm çaplarında olmalıdır.
9. 1.5 veya 2.0mm'lik kanülasyonu olan tornavida ile kullanılmalıdır.
10. EO ile steril edilmiş ambalajlarda bulunmalıdır.
11. 6X25, 7x25, 8x25 boylarındaki vidaların ters yivli seçenekleri olmalıdır.

Op. Dr. Merve DURSUN SAVRAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip.Tescil No: 184543
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi

LİGAMENT STAPLE

1. İmplant kobalt krom (CoCr) ya da titanyumdan (Ti) üretilmiştir.
2. Ürünün 2 boy seçeneği olmalıdır.
3. Small boy implantın sırt uzunluğu 10 mm (±1), bacak boyu 21 mm (±1) olmalıdır.
4. Medium boy implantın sırt uzunluğu 14 mm (±1), bacak boyu 21 mm (±1) olmalıdır.
5. İmplant ACL ve PCL operasyonlarında yumuşak doku greftlerinin tibiaya fiksasyonunda kullanılabilmelidir.
6. Staple'in sırt tasarımı düz yapıda olmalıdır. İmplantın ayak yapısı tibiadan çıkmaması veya gevşememesi için ters dişli olmalıdır.
7. İmplantın üst iç tarafında greftin kaymasını engelleyecek dişler olmalıdır.
8. İmplant tekli ambalajlarda non-sterile (steril olmayan) bir şekilde bulunmalıdır.

GÜÇLENDİRİLMİŞ DİKİŞ İPLİKLERİ

1. (UHMW) teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
2. Suturların 2 numara kalınlıkları olmalıdır.
3. İğneli ve iğnesiz seçenekleri olmalıdır.
4. İplerin çoklu kullanımında ayrım yapılabilmesi için 2 farklı renkte üretilmiş olmalıdır.
5. Steril paketler halinde olmalıdır.

ACL REKONSTRUKSİYON ÖN ÇAPRAZBAĞ MALZEME SETİ	**PAKET**	**AE0920**
ARKA ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONU MALZEME SETİ	**PAKET**	**AE0940**
MENİSKÜS TAMİR SETİ	**PAKET**	**AE0900**
TENACEUS GİRİŞİM VİDASI		**AE1620**
FEMORAL ASKI SİSTEMİ		**AE1090**
STAPLE		**AE1030**
ÇİFT BARLI ABSORBE OLMAYAN GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜR		**AE2080**
Fiber Menüsküs Dikişi		**AE2100**
GÜÇLENDİRİLMİŞ FİBER SUTUR		**AE2220**
GÜÇLENDİRİLMİŞ FİBER SUTUR		**AE2230**
SUTUR GEÇİRİCİ		**AE2250**
SUTUR İTİCİ		**AE2300**
Çift İğneli Tamamı İçerde Menisküs Onarım Cihazı		**AE2140**
Elektrocerrahi Kalemi-Artroskopik Ablator 90°		**AE2410**

Op. Dr. Merve DURSUN CAVRAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Sağ. Tescil No: 184943
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi