T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı

Sayı : 18824186/Sat./ 954 **19.11.2026**
Konu : Teklif Vermeye Davet

İlgi Firma; .....

Hastanemiz ORTOPEDİ Biriminde Kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeler 4734 Sayılı K.İ.K'in 22/F Maddesi gereğince, Kurumumuzca satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **19.11..2026saat 17:0'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLBAŞ
Müdür Yardımcısı

FAX:0464 214 28 12

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Sut Kodu	Miktar	Birim	Birimi Fiyat	Toplam Tutar
1	HÜCRESİZ KIKIRDAK İMPLANTI		AE1981	1	ADET		
					GENEL TOPLAM		

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2026
Firma Kaşe ve İmza

- UBB KODU VE SUT KODU MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- KISMI TEKLİFE KAPALIDIR.
- SETLER TAM OLARAK GELECEK KULLANILMAYANLAR İADE EDİLECEKTİR.
- ALIMA BİRİM FİYATLAR ÜZERİNDEN ÇIKILMIŞTIR. AMELİYAT ESNASINDA KULLANILACAK MALZEME MİKTARINA İSTİNADEN FATURA EDİLECEKTİR.
- ÖDEME GÜN SÜRESİ 5 AYDIR.

HASTA ADI: NURAK****

Rize R.T.E.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi İslampaşa Mah. Şehit Ali İslamoğlu Sok. No:16 RİZE
Telefon: (0 464) 213 04 91(1902) Faks: (0 464) 214 28 12 mail:rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

HÜCRESİZ KIKIRDAK İMPLANTI (HYALÜRONİK ASİT BAZLI)

1. İmplant Travmatik veya Dejeneratif eklem bozukluklarında Artroskopik veya Artrotomi yöntemlerini kullanılarak uygulanabilmelidir.

2. Ürünün Artroskopi cihazı ile kullanılması gerektiğinde su ile görüntülemeyi sağlayan artroskop cihazlarıyla yerleştirilmeye uygun olması gerekmektedir.

3. İçeriği tamamen sentetik olup temel olarak PGA (Polyglycolicacid) ve HyA (hyalüronik asit) den oluşmalıdır

4. Tekstil Keçe PGA + HyA oluşmuş ve üç boyutlu iskele görevi görmelidir

5. Bioabsorbable Pin (Çivi), Fibrin Yapıştırıcı veya Transosseoz Suturasyon yöntemlerinin herhangi biriyle fikse (sabitleme) edilebilir özellikte olmalıdır.

6. İmplante edildikten 6'ıncı aydandan başlayarak 18 ay içerisinde Hyalin benzeri kıkırdak ve proliferatif hücrelerden zengin fibröz kıkırdak doku oluşumunu sağlamalıdır

7. Bioabsorbable Eklem İmplantı, 20 mm X 30 mm X 1,1 mm ve

8. 25 mm x 35 mm x 1,1 mm ebatlarında olmalıdır.

9. İmplant hücre gelişimini düzenli sağlayabilmek amacıyla Matriks Scafolt sistemi kullanılmış olmalı ve membran içerikli olmamalıdır.

10. Ürünün raf ömrü 1 yıl (12 ay) olmalıdır.

HÜCRESİZ KIKIRDAK İMPLANTI (HYALÜRONİK ASİT BAZLI)- AE1981