

FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON KAPLI LATEKS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Katerler tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı,
2. Sondalar tamamen steril olmalı ve steril paketler içerisinde tek tek bulunmalı, her kutuda standart sayıda steril tekli paket bulunmalı,
3. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır (İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalıdır).
4. Sondalar iki yöllü olmalı,
5. Sondalar iki delikli olmalıdır.
6. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
7. Balon şişirilme valfi çeşitli size' lar için renk kodlu olmalıdır.
8. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
9. Teslim tarihinde en az iki yıl miatlı olmalıdır. İstekli, ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenileri ile değiştirecektir.
10. Malzemenin ebatları ihtiyaç listesinde belirtilmiştir. Listede bulunan ebatlara göre numune ve teklif verilecektir. İstenen ebatta verilmeyen teklif ve numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teslimat ihtiyaç listesinde belirtilen ebatlarda yapılacaktır.

Doğu ATMANOĞLU
Harran Devlet Hastanesi
Eczane Teknikeri

D. 

Furkan GÖNÜLTAS
Anestezi Teknikeri




Mehmet Durak BİCEK
Ayniyat Saymanı

Yaprak BAYUK .
