



TC Sağlık Bakanlığı

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

SAYI : 11085252.321-01/ 06
KONU : Yaklaşık Maliyet Belirleme

02/01/2018

.....

Hastanemizin Satınalma birimince alımı yapılacak olan Malın alımına esas olmak üzere, aşağıda cinsi ve miktarı yazılan mal kaleminin **KDV hariç** fiyatların kurumumuza bildirilmesi hususunda; Gereğini arz/rica ederim.


SN	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı
1	Sıvı Seviye Elektrodu	3	Adet		
2	Kapı Contası	2	Adet		

Dt. Fuat DEMİRTAŞ
Başhekim

Ek : 1 Adet Teknik Şartname (1 Sayfa)

Adres : Yavuz Selim Mah.Toki 1. Cadde No:34 Yeşilyurt/MALATYA
Tel : 0422 221 01 34 Dahili :265
Faks :0422 221 17 90
e-posta :malatyaadsm.stnlm@saglik.gov.tr

Bilgi için:Kübra AKYÜZ
Unvan:Tıbbi Sekreter

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	DOKÜMAN NO	YÖN.FR.36
		REVİZYON NO	0
	REVİZYON TAR.	0	
	TEKNİK ŞARTNAME FORMU	YAYIN TARİHİ	04.01.2014
	SAYFA NO	1 / 1	

İSTEM NO: 1173

MALZEME /CİHAZ ADI: Sıvı Seviye Elektrodu , Kapı Contası

İSTEYEN BİRİM/HASTANE: Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

İSTENEN ÖZELLİKLER:

300 litre Eryiğit Marka Otoklav Su Seviye Elektrot Teknik Şartnamesi

1. Elektrotlar su seviyesini güvenli gösterebilecek hassasiyete sahip olmalıdır.
2. Elektrotlar orijinal boyutlarda minimum –orta- maksimum seviyelerini ölçebilmelidir.
3. Elektrot çubuklarının yüzeyi kireç tutmaz özellikte olmalı ve sökölüp temizlenebilmelidir.

300 litre Eryiğit Marka Otoklav Kapı Contası Teknik Şartnamesi


1. Kapı contası 300 litre Eryiğit Markası otoklava uyumlu olacaktır.
2. Kapı açılıp- kapanırken sıkışmaya sebebiyet vermemelidir.
3. Kapı contası en az 200°C dereceye dayanaklı esnek yapıda olmalıdır.
4. Conta ölçüleri orijinal ölçüde olacaktır.

Bu Teknik Şartname 1 (bir) sayfadan ibaret olup .../12/2017 tarihinde komisyonumuzca imza altına alınmıştır.

Hüseyin BOZKURT

Elk. Teknikeri


Muzaffer SERENKİLİ

Mak. Teknisyeni


İbrahim YOLCU

Elk. Teknisyeni
