



TC Sağlık Bakanlığı

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

SAYI : 11085252.321-01/ 03
KONU : Yaklaşık Maliyet Belirleme

02/01/2018

.....

Hastanemizin Satınalma birimince alımı yapılacak olan Malın alımına esas olmak üzere, aşağıda cinsi ve miktarı yazılan mal kaleminin **KDV hariç** fiyatların kurumumuza bildirilmesi hususunda; Gereğini arz/rica ederim.

SN	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı
1	Aspiratör Ucu	300	Adet		

Dt. Fuat DEMİRTAŞ
Başhekim

Ek : 1 Adet Teknik Şartname (1 Sayfa)

Adres : Yavuz Selim Mah.Toki 1. Cadde No:34 Yeşilyurt/MALATYA
Tel : 0422 221 01 34 Dahili :265
Faks :0422 221 17 90
e-posta :malatyaadsm.stnlnm@saglik.gov.tr

Bilgi için:Kübra AKYÜZ
Unvan:Tıbbi Sekreter

 TC Sağlık Bakanlığı	MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	DOKÜMAN NO	YÖN.FR.36
		REVİZYON NO	0
	REVİZYON TAR.	0	
	TEKNİK ŞARTNAME FORMU	YAYIN TARİHİ	04.01.2014
	SAYFA NO	.1 / 1	

İSTEM NO: 1172

MALZEME /CİHAZ ADI: Aspiratör Ucu

İSTEYEN BİRİM/HASTANE: Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

İSTENEN ÖZELLİKLER:


ASPIRATÖR UCU CERRAHİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aspiratör ucu mavi ile renklendirilmiş polycarbonate olmalıdır.
2. Aspiratör ucu vakum kontrol deliği içermemelidir.
3. Aspiratör ucunun arkası 1/4 PVC konik konnektörle aspiratör hattına bağlı olmalıdır.
4. Hastanemizde kullanılan cerrahi aspiratör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
5. Ürün fabrikasyon ve işçilik ve malzeme hatalarına karşı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu olduğu şekilde en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Teslim edilen ürünün Miadının bitimine 3 (üç) ay kala firma ürünü yenisi ile değiştirecektir.
6. Yüklenici firma teklif ettiği ürünün (Ulusal Bilgi Bankasına) UBB' ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi muayene kabul komisyonuna sunmak zorundadır.
7. Satıcı firmanın TSE'den alınmış Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi' ne sahip olması gereklidir.
8. Numuneler görülecek ve komisyon tarafından denenerek şartnameye uygunluğu değerlendirilecektir

Bu Teknik Şartname 1 (bir) sayfadan ibaret olup 26/12/2017 tarihinde komisyonumuzca imza altına alınmıştır.


Dr. Gönül CAN

Diş Tıbbi



Dr. Dt. Kübra ARAL

Periodontoloji Uz.



Dilek BAĞCI

Hemşire

