



TC.Sağlık Bakanlığı

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

SAYI : 11085252.321-01/ 502
KONU : Teklif Mektubu

03.12.2018

Tekliflerin verileceği son tarih :05.12.2018
Saat : 17:00'a kadar

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda belirtilen mal kaleminin temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince piyasadan teklif alınması usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde **KDV hariç** fiyat teklifinizi genel şartlar doğrultusunda en geç 05.12.2018 tarih ve saat:17:00' a kadar Hastanemiz Satınalma (Doğrudan Temin) birimine fakslamanız ve aslını göndermeniz hususunda;
Gereğini rica ederim.

Dt. Fuat DEMİRTAŞ
Başhekim

S.NO	BİRİM FİYATA ESAS İŞ KALEMİNİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	Sıcaklık ölçüm, dijital ,ortam sıcaklık ve Nem ölçüm cihazı /Termohigrometre	40	ADET		

EK :1 Adet Teknik Şartname(1 Sayfa)

GENEL ŞARTLAR:

- 1- İstekliler tekliflerini KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla verecektir.
- 2- Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Ödeme saymanlığın nakit durumuna göre en geç 150(Yüzelli) gün içerisinde yapılacaktır.
- 4- Teslimat Teknik Şartname doğrultusunda yapılacaktır.
- 5- İstekli firmalar teklif mektubu ile birlikte teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin asıllarını teslim etmeleri gerekmektedir.
- 6- Teklifler bu format üzerinde yapılacak, farklı formatta sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adres : İnönü Cad.TCDD Ambar Yolu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arkası Yeşilyurt/MALATYA

Bilgi için:Abdulrezzak AKÇA
Unvan:İdari Memur

Tel : 0422 221 01 34 Dahili :1136

Faks :0422 221 17 90

e-posta :malatyaadsm.stnln@saglik.gov.tr

 MALATYA SAĞLIK BİRLİĞİ AĞIZ VE BİS SAĞLIĞI HASTANESİ		TEKNİK ŞARTNAME FORMU		
DOKÜMAN NO K.Y.FR.07	YAYIN TARİHİ 02.11.2018	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ 00	SAYFA NO 1 / 1

İSTEM NO: 1316

MALZEME ADI: SICAKLIK VE NEM ÖLÇER CİHAZI

İSTEYEN BİRİM/HASTANE: Teknik Servis Birimi

İSTENEN ÖZELLİKLER:

DİJİTAL ORTAM SICAKLIK VE NEM ÖLÇEM CİHAZI/ TERMOHİGROMETRE

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dijital Olmalıdır.
2. LCD ekranlı olmalıdır.
3. Dereceler Beyaz, mavi, yeşil veya pembe renkte olmalıdır.
4. Sıcaklık ölçüm aralığı **-50°C + 70°C** olmalıdır.
5. Ekran çözünürlüğü sıcaklık için 0,1 °C olmalıdır.
6. Sıcaklık hassasiyeti : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
7. Nem ölçüm aralığı **10 - 99%** olmalıdır.
8. Ekran çözünürlüğü nem için % 1 olmalıdır.
9. Nem hassasiyeti : $\pm \% 3$ olmalıdır.
10. Min – Max Değer hafızası olmalıdır. Reset tuşu ile değerler sıfırlanabilmelidir.
11. En az **11 x 10 x 2** cm boyutlarında olmalıdır.
12. Cihaz ekranında aynı anda saat ve tarih görünmelidir. Tarih yıl, ay ve gün olarak yazmalıdır. Haftanın günleri de ekranda yazmalıdır.
13. Saat alarmı ve saat başı alarm özelliği olmalıdır.
14. Cihaz 1 adet 1,5V AAA pil ile çalışmalıdır.
15. Duvara asılabilmesi veya ayağı üzerinde durabilmelidir.
16. Sıcaklık ve Nem değerleri büyük olarak görünmelidir.
17. **Ürünlerle birlikte kalibrasyon sertifikası verilmelidir.**

Teknik şartname 1 (bir) sayfa ve 2 (iki) nüsha halinde 26.11.2018 tarihinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

İhsan BERKTAŞ
Elk. Teknisyeni

Hüseyin BOZKURT
Elk. Teknisyeni

İbrahim YOLCU
Elk. Teknisyeni