

HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZATÖR CİHAZI 12 AYLIK MALZEMESİZ BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bakım ve onarım işleri firma personeli tarafından yapılacaktır. Sözleşmenin devam ettiği müddet içinde hidrojen peroksit cihazlarının işleyişinden doğacak bütün teknik sorumluluk firmaya aittır olacaktır.
2. Arıza Durumlarında; arızanın firmaya yazılı bildirimine müteakip içerisinde ilk 48 Saat içerisinde müdahale edilmiş olacaktır.
3. Yedek parça gerektiren durumlarda firma ayrıntılı rapor düzenleyerek idareye sunacaktır. İdare parçayı temin ettikten sonra firma en geç 48(kırk sekiz) saat içinde parçayı ücretsiz takacaktır.
4. Hastane İdaresinin onayı dışında Hidrojen peroksit cihazları üzerinde hiçbir modifikasyon, değişiklik yapılmayacaktır. Yapılan onarılarda orijinal parçalar kullanılacaktır.
5. Firma periyodik bakım ve onarımlar sonucu yapılmış İşleri, tespit ederek ve bakım arıza fişlerini tanzim edecktir. Bu fişlerde Hastane Biyomedikal Sorumlusu ve sterilizasyon sorumlu hemşiresinin imzası ve kaşezi bulunacaktır.
6. Cihazın yılda 2 kez eşit aralıklarla genel kontrol ve koruyucu bakımı yapılmacaktır.
7. Yüklenici firma Johnson & Johnson marka cihazlara teknik servis, bakım ve onarım yapmaya yetkili olduğunu gösterirve teknik servis personelinin güncel tarihlilegitimsertifikasına sahip olmalıdır.
8. Yüklenici firma cihazın genel bakımında kullanılması gereken sarf malzemelerin (PM2 bakım kiti, printer kağıdı, printer kartusu, vaporizerplate) ücretsiz olarak bakım kapsamında değiştirecektir.

Aşağıda belirtilen test ve uygulamalar yapılmalı ve test belgesi sunulmalıdır:

PM2 bakım içeriği;

- Vaporizer 'in temizlenmesi
- Vaporizerplate in değişimi ya da temizliği
- Hava tankında biriken suyun tahliyesi
- Kapının ve çember içiinin temizliği
- Nem tutucu basınç regülatörünün tahliyesi
- Egzoz滤resinin tahliyesi
- Hava滤resinin temizliği
- Kapı ve çember sıcaklık testi
- Kompresör performans testi
- Plazma, RF power testi
- Kaçak testi
- Vakum Pompa Koruyucu Yağ
- Vakum Pompa Yağ Filtresi
- Vakum Pompa Koruyucu Yağ
- Koruyucu Yağ Buharı Filtresi
- Çember Plastikleri
- Kapı O-Ringi
- Katalatik Filtre
- Pompa alış Filtre
- HEPA Filtre
- Egzoz Filtre
- Üst Raf tutucuları
- Elektrode tutucuları

Mehmet Hoca

Yüksek Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu
Osman KARSLI
Marmaris

9. Bu şartnamedeki maddeler her iki tarafın onayı alınarak değiştirilebilecektir.

SIRA NO	MARKA	MODEL	ADET	BÖLÜMÜ
1	J.A.J. ASP	STERRAD 100/S	1	STERİLİZASYON ÜNİTESİ

Mehmet Kocaş



~~Yüreğir Devlet Hastanesi
Osman MURSIL
Biomaterial Mühendisi~~