



TC Sağlık Bakanlığı

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Şehit Mehmet Kılınc Ağz ve Diş Sağlığı Hastanesi

SAYI : 11085252.321-01/ - 552
KONU : Yaklaşık Maliyet Belirleme

25/12/2018

.....

Hastanemizin Satınalma birimince alımı yapılacak olan Malın alımına esas olmak üzere, aşağıda cinsi ve miktarı yazılan mal kaleminin **KDV hariç** fiyatların kurumumuza bildirilmesi hususunda; Gereğini arz/rica ederim.

SN	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı
1.	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ALEV UÇ)	1000	ADET		
2.	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (FİSSÜR)	1000	ADET		
3.	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (LABUT)	1000	ADET		
4.	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (MUM ALEV UÇ)	1000	ADET		
5.	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (OLUKLU)	1000	ADET		
6.	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ROND)	1000	ADET		
7.	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (TERS KONİK)	500	ADET		
8.	YÜKSEK DÜZEY NİTRİK ELDİVEN	2000	ADET		

Dt. Fuat DEMİRTAŞ
Başhekim

Ek : 1 Adet Teknik Şartname (2 Sayfa)

Adres : İnönü Cad.TCDD Ambar Yolu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arkası Yeşilyurt/MALATYA
Tel : 0422 221 01 34 Dahili :1136
Faks :0422 221 17 90
e-posta :malatyaadsm.stnlm@saglik.gov.tr

Bilgi için: Abdulrezzak AKÇA
Unvan: İdari Memur

 MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	TEKNİK ŞARTNAME FORMU			
DOKÜMAN NO KY.FR.07	YAYIN TARİHİ 02.11.2018	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ 00	SAYFA NO 1/1

İSTEM NO: 1326

MALZEME /CİHAZ ADI:Tıbbi Sarf

İSTEYEN BİRİM/HASTANE:Malatya Şehit Mehmet Kılınc Ağz ve Diş Sağlığı Hastanesi


İSTENEN ÖZELLİKLER:

1-2-3-4-5-6-7- ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. 134 derece santigratta steril edilebilmeli, mevcut alet ve yüzey dezenfektanlarında korozyona uğramamalıdır.
2. Rijit metal yapıda olup deforme olmamalıdır.
3. Lehim bağlantıları olmamalıdır.
4. Solingen paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
5. Fine abrazyon özelliğinde olmalıdır.
6. Teslim esnasında bütün uçların orijinal ambalajında marka, özellik ve üretim yerini belirtir etiketi bulunmalıdır.
7. Uç, el ile kuvvet uygulandığında deforme olmamalıdır.
8. Her bir frez en az 15 diş kesimi yapabilecek özellikte olmalıdır.
9. Ürünlerin UBB kaydı yapılmış olmalıdır. Yetki belgesi olacaktır.
10. Numuneler görülecek ve komisyon tarafından denenerek teklif edilen ürünün şartnameye uygunluğu değerlendirilecektir.

Bu Teknik Şartname 2 (iki) sayfadan ibaret olup 06/12/2018 tarihinde komisyonumuzca imza altına alınmıştır.


Uz.Dt.Serap ERDAL
Endodonti Uz.



Dt.Emrullah CÜCÜK
Dişhekim



Dt.H.İbrahim DOĞAN
Dişhekim



 MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	TEKNİK ŞARTNAME FORMU			
DOKÜMAN NO KY.FR.07	YAYIN TARİHİ 02.11.2018	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ 00	SAYFA NO 1 / 1

İSTEM NO: 1326

MALZEME /CİHAZ ADI: Yüksek Düzey Nitril Eldiven

İSTEYEN BİRİM/HASTANE:Malatya Şehit Mehmet Kılınc Ağz ve Dış Sağlığı Hastanesi

İSTENEN ÖZELLİKLER:

8-YÜKSEK DÜZEY NİTRİL ELDİVEN (ALET YIKAMAK İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Eldiven, sterilizasyon ünitesinde kullanılan kimyasallara karşı uygun olmalı ve gerekli bariyeri sağlamalıdır.
- 2.Eldiven bilek kısmını tam sarması ve koruma oluşturması için minimum 300 mm uzunluğunda olmalıdır.
- 3.Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı sebebiyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.
- 4.Eldiven manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır.
- 5.Eldiven en az 300 mm olmalıdır.
- 6.Eldiven non-steril olmalıdır.
- 7.Eldiven 100'lük kutularda, her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 8.Eldivenin kopma kuvveti yaşlandırmadan önce minimum 10N ve yaşlandırmadan sonra minimum 10N olmalıdır.
- 9.Eldiven kırılma noktasındaki minimum uzama yaşlandırmadan önce % 587 ve yaşlandırmadan sonra minimum % 558 olmalıdır.
- 10.Eldiven pudra içermemelidir.
- 11.Eldiven raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 12.Eldiven ambalajı üzerinde yırtık, delik benzeri deformasyon bulunmamalıdır.
- 13.Eldivenin EN 374 ve ISO 9001 standardına uygunluğunu gösteren belgeler teklif beraberinde sunulmalıdır.
- 14.Eldiven CE,EN 455 1,2,3 ve EN 420 standartlarında ve Category III (PPE Personal Protection Equipment) sınıfından üretilmiş olmalıdır.
- 15.Numuneler görülecek ve komisyon tarafından denenerek şartnameye uygunluğu değerlendirilecektir.

Bu Teknik Şartname 1 (bir) sayfadan ibaret olup 10/12/2018 tarihinde komisyonumuzca imza altına alınmıştır.

Uz.Dt.Serap ERDAL
Endodonti Uz.



Dt.Emrullah CÜCÜK
Dişhekim



Dt.Halil İbrahim DOĞAN
Dişhekim

