

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şehitkâmil Devlet Hastanesi

Sayı : 48736255/....

03/01/2019

Konu : Teklife Davet

Sayın : İNTERNETTE YAYINLANMASI

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem ANESTEZİ CİHAZLARI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI [MİNDRAY] işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 08.01.2019 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi rica ederim.


Zekeriye ATEŞ
Hastane Müdür Yrd.

Satınalma tarih ve saati : 08.01.2019 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

Teslimat Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

EK: 1 Kalem İhtiyaç Listesi

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şehitkâmil Devlet Hastanesi

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	ANESTEZİ CİHAZI PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI (MİNDRAY 3 ADET) (1 YILLIK)	2	PERİYOT		

EK: Teknik şartname

**PARÇA HARİÇ YILLIK BAKIM ve ONARIMI
TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

- 1.) Hastanede mevcut bulunan anestezi cihazının yıllık periyodik bakımları ve onarımları 6 aylık periyotlar halinde 2 defa yapılacaktır.
- 2.) Cihazların periyodik bakımında; eğer mevcut ve gerekli ise yazılım versiyon güncellenmesi, cihazın genel bakımı ile birlikte cihazın tüm sistem kontrolü firmamız tarafından yapılacaktır. Cihazın tüm fonksiyonlarının faal olduğunu belirten teknik servis raporu ile teslim edilecektir.
- 3.) Bakım işlemi idare ve kullanıcının belirlediği günde ve hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.(08:00 - 18:00)
- 4.) Periyodik bakım esnasında yapılan bakım, onarım ve kontrolde arızalı cihaza ait parçaların arıza tespiti eğitilmiş personel tarafından belirlenecek ve teknik servis raporu ile gereken aksesuarlar ve miatlı parçalar için yazılı teklif sunulacaktır.
- 5.) Tespit edilen arızalı parçaların satın alınması hastane idaresine ait olup, değiştirilmesi veya satın alınan yedek parçanın tedariki bakımı yapan firmanın teknik servis firmasına aittir. Hastane tarafından temin edilen ve bakım firması haricinde yapılacak montajdan kaynaklanan arızaların sorumluluğu hastaneye aittir.
- 6.) Periyodik bakım dışında cihazların arızalanması durumunda firmamız cihaza en geç kırk sekiz (48) saat içinde müdahale edecektir. Cihazın arızası teknik servis raporuna ayrıntılı olarak yazılarak hastane idaresine sunulacaktır.
- 7.) Periyodik bakım ve onarımda değiştirilmesi gereken veya fonksiyon görmeyen (firmamız tarafından temin edilen parçalar 1 yıl garantilidir) parçalar veya sarf malzemeler hastane idaresi tarafından satın alınacak olup montajı için ücret talep edilmeyecektir.
- 8.) Cihazın bakım işleri nitelikli (üretici firmadan cihaz ile ilgili alınmış eğitim sertifikalı mühendis ya da tekniker&teknisyen) personel tarafından yapılacaktır. Eğitim sertifikaları hastane yönetimine ibraz edilecektir.
- 9.) Cihazın teknik servis atölyesinde tamir edilmesi gereken durumlarda görevli personel tarafından teknik servis raporu düzenlenerek hastane idaresine sunulacaktır. Cihazın atölyeye nakli firmamıza ait olup nakil ücreti talep edilmez. Ayrıca teknik servis atölyesinde oluşabilecek kaza, zarar, v.b. maddi kayıp gibi durumlardan firmamız sorumludur.
- 10.) Bakım kiti, flow sensör vb. parçaların gerekmesi ve talep edilmesi durumunda servis raporunda belirtilecek ve idareye ayrıca teklifi sunulacaktır.
- 10.) Firmamız servis elemanlarının acil irtibat ve iş numaralarını idareye yazılı olarak bildirecektir.

Gaziantep Şehir Kamil Devlet Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Uzm. Dr. Bekir BOZKURT

Uzm. Dr. Ali SARPKAYA
Uz. Dr. Ali SARPKAYA
Şehir Kamil Devlet Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 65262

Uzm. Dr. Tahsin Bekir SARAÇOĞLU
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 124765 / Uz. Tes. No: 99286
Gaziantep Şehir Kamil Devlet Hastanesi