



İç. Sağlık Bakanlığı

**T.C.**  
**MALATYA VALİLİĞİ**  
**MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi**

**SAYI : 11085252.321-01/ 13**  
**KONU : Teklif Mektubu**

**08.01.2018**

**Tekliflerin verileceği son tarih :12.01.2018**  
**Saat : 12:00'a kadar**

.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda belirtilen mal kaleminin temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince piyasadan teklif alınması usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde **KDV hariç** fiyat teklifinizi genel şartlar doğrultusunda en geç 12.01.2018 tarih ve saat:12:00' a kadar Hastanemiz Satınalma (Doğrudan Temin) birimine faksmanız ve aslını göndermeniz hususunda;  
Gereğini rica ederim.

Dt. Fuat DEMİRTAŞ  
Başhekim

S.NO	BİRİM FİYATA ESAS İŞ KALEMİNİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	Oksijen Flowmetresi	75	Adet		
2	Azot Prodoksit Flowmetresi	5	Adet		

**EK :1 Adet Teknik Şartname(1 Sayfa)**

**GENEL ŞARTLAR:**

- 1- İstekliler tekliflerini KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla verecektir.
- 2- Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Ödeme saymanlığın nakit durumuna göre en geç 150(Yüzelli) gün içerisinde yapılacaktır.
- 4- Teslimat Teknik Şartname doğrultusunda yapılacaktır.
- 5- İstekli firmalar teklif mektubu ile birlikte teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin asıllarını teslim etmeleri gerekmektedir.
- 6- Teklifler bu format üzerinde yapılacak, farklı formatta sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adres :Yavuz Selim Mah.Toki 1. Cadde No:34 Yeşilyurt/MALATYA  
Tel : 0422 221 01 34 Dahili :265  
Faks :0422 221 17 90  
e-posta :malatyaadsm.stnml@saglik.gov.tr

Bilgi için:Kübra AKYÜZ  
Unvan:Tıbbi Sekreter

 T.C. Sağlık Bakanlığı	<b>MALATYA</b> <b>AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ</b>	DOKÜMAN NO	YÖN.FR.36
		REVİZYON NO	0
	REVİZYON TAR.	0	
	TEKNİK ŞARTNAME FORMU	YAYIN TARİHİ	04.01.2014
	SAYFA NO	1 / 1	

**İSTEM NO: 1144**

**MALZEME /CİHAZ ADI:** Genel Sarf

**İSTEYEN BİRİM/HASTANE:** Ambar Depo/Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

### 1- MERKEZİ SİSTEM OKSİJEN FLOWMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Oksijen flovwmetresi akış göstergesi ve nemlendirme kabı hariç aksamaların tamamı pirinç üzeri krom kaplı olmalıdır.
- 2) Kavanoz kısmında basıncı ayarlanabilir emniyet valfi bulunmalıdır.
- 3) Oksijen gazına Özel etiketleme standardı bildirir şekilde olmalıdır. 0-15 l/ dk Akış Göstergesi Olmalıdır.
- 4) Oksijen flovwmetresi hastanemizde kullanılan mevcut merkezi Sistem prizlerine uyumlu olmalıdır.
- 5) Kavanoz kısmında Su seviye göstergesi olmalıdır.
- 6) Hortum çıkış nipeli Metal üzeri krom kaplı olmalıdır.
- 7) Nemlendirme kavanozu darbeye dayanıklı malzemeden üretilmiş olup, 134 C de otoklava dayanıklı olmalıdır.
- 8) Nemlendirme kavanozu kapağı ve flovwmetre bağlantı rekoru pirinç üzeri krom kaplı malzemeden olmalıdır.
- 9) Ürün üzerinde CE etiketi olmalı ve üretici firma CE, ISO9001, ISO 13485 standardı belgelerine sahip olmalıdır.
- 10) Yüklenici firma ürünleri için 2 yıl garanti vermelidir teknik şartnameye uygun ürünlerin Numunesini teklifi ile birlikte hastanemiz Satın alma Birimine Göndermelidir. Numune göndermeyen firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11) Ürünün Sağlık Bakanlığına kayıtlı UBB kodu olmalıdır. Hastane idaresince belirtilen yere ürünler hasarsız ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

### 2- MERKEZİ SİSTEM AZOT PROTOKSİT REGÜLÂTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Azot Protoksit regülâtörü akış göstergesi aksamaların tamamı pirinç üzeri krom kaplı olmalıdır.
- ~~2) Azot Protoksit gazı Özel etiketleme standardı bildirir şekilde olmalıdır. 0-10 l/ dk Akış Göstergesi Olmalıdır.~~
- 3) Azot Protoksit Yeni hastanemizde kullanılan mevcut merkezi Sistem prizlerine uyumlu olmalıdır.
- 4) Hortum çıkış nipeli Metal üzeri krom kaplı olmalıdır.
- 5) Ürün üzerinde CE etiketi olmalı ve üretici firma CE, ISO9001, ISO 13485 standardı belgelerine sahip olmalıdır.
- 6) Yüklenici firma ürünleri için 2 yıl garanti vermelidir teknik şartnameye uygun ürünlerin Numunesini teklifi ile birlikte hastanemiz Satın alma Birimine Göndermelidir. Numune göndermeyen firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7) Ürünün Sağlık Bakanlığına kayıtlı UBB kodu olmalıdır. Hastane idaresince belirtilen yere ürünler hasarsız ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Bu Teknik Şartname 1(bir) sayfadan ibaret olup 02/10/2017 tarihinde komisyonumuzca imza altına alınmıştır.

Hüseyin BOZKURT  
Elektrik Teknikeri

İhsan BERTTAŞ  
Elektrik Teknisyeni

Muzaffer SERENKİLİ  
Makine Teknisyeni