



T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

SAYI : 11085252.321-01/ - 13
KONU : Yaklaşık Maliyet Belirleme

15/01/2019

.....

Hastanemizin Satınalma birimince alımı yapılacak olan Malın alımına esas olmak üzere, aşağıda cinsi ve miktarı yazılan mal kaleminin **KDV hariç** fiyatların kurumumuza bildirilmesi hususunda; Gereğini arz/rica ederim.

SN	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı
1	ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ	1000	PAKET		

Dt. Fuat DEMİRTAŞ
Başhekim

Ek : 1 Adet Teknik Şartname (1 Sayfa)

Adres : İnönü Cad. T.C.D.D Ambar Yolu Malatya Eğitim Araştırma
Hastanesi Arkası Yeşilyurt/MALATYA
Tel : 0422 221 01 34 Dahili : 1135
Faks : 0422 221 17 90

Bilgi için: Tuğba ÖZDEMİR
Unvan: Tıbbi Sekreter

e-posta : malatyaadsm.stn1m@saglik.gov.tr

 MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	TEKNİK ŞARTNAME FORMU			
DOKÜMAN NO KY.FR.07	YAYIN TARİHİ 02.11.2018	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ 00	SAYFA NO 1/1

İSTEM NO: 1342

MALZEME /CİHAZ ADI: Tıbbi Sarf

İSTEYEN BİRİM/HASTANE:Malatya Şehit Mehmet Kılınc Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

İSTENEN ÖZELLİKLER:

ALGINAT ÖLÇÜ MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1)En az 453gr 'lık orjinal paketlerde olmalıdır.
- 2)Kokusu tolere edilebilir ferahlıkta olmalı, aroması bulantı ve kusmayı engelleyen özellikte olmalıdır.
- 3)Elastikiyet kazanma oranı % 97'den az olmamalı, yüksek yırtılma direnci göstermelidir.
- 4)Karıştırma süresi 30-40 sn arasında, hasta ağızında sertleşme süresi en fazla 1,5 dakika olmalıdır.
- 5)Kolay karışabilen özellikte olmalıdır.
- 6)Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri, üretildiği yer, üretici firmanın adı veya logosu yazılı olmalıdır.
- 7)Uygun akışkanlıkta olmalı ve yüksek detay oluşturma özelliği en az 25 Mm (mikrometre) olmalıdır.
- 8)Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalıdır.
- 9)Paketlerin üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu yazılı olmalıdır.
- 10)Prüzsüz yüzey elde edilmelidir, toz yaymamalıdır.
- 11)Ürün güvenlik bilgi Formu olmalıdır.
- 12)Yüklenici firma teklif ettiği ürünün (Ulusal Bilgi Bankasına) UBB' ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi muayene kabul komisyonuna sunmak zorundadır. (Yüklenici UBB Kaydı olmayan ürünler için kapsam dışı olduğunu belirtmek zorundadır.)
- 13)Numuneler görülecek ve komisyon tarafından denenerek, değerlendirilip teslim alınacaktır.

Bu Teknik Şartname 1(bir) sayfadan ibaret olup 14/01/2019 tarihinde komisyonumuzca imza altına alınmıştır.

Dt.Uğur ORTAKAN
Başhekim Yrd.



Mehmet Deniz ERBEY
Diş Prötez Teknisyeni



Engin BAYKAL
Sağlık Memuru

