



**T.C.**  
**MALATYA VALİLİĞİ**  
**MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi**

**SAYI : 11085252.321-01/-19**  
**KONU : Teklif Mektubu**

**18 .01.2019**

**Tekliflerin verileceği son tarih :23.01.2019**  
**Saat : 12:00'a kadar**

.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda belirtilen mal kaleminin temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince piyasadan teklif alınması usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde **KDV hariç** fiyat teklifinizi genel şartlar doğrultusunda en geç 23/01/2019 tarih ve saat:12:00' e kadar Hastanemiz Satınalma (Doğrudan Temin) birimine faksmanız ve aslını göndermeniz hususunda;  
Gereğini rica ederim.

Dt. Fuat DEMİRTAŞ  
Başhekim

S.NO	BİRİM FİYATA ESAS İŞ KALEMİNİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ALEV UÇ)	1000	ADET		
2	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (FİSSÜR)	1000	ADET		
3	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (LABUT)	1000	ADET		
4	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN ( MUM ALEV UÇ)	1000	ADET		
5	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (OLUKLU)	1000	ADET		
6	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (ROND)	1000	ADET		
7	ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN (TERS KONİK)	500	ADET		
8	YÜKSEK DÜZEY NİTRİK ELDIVEN	2000	ADET		

**EK :1 Adet Teknik Şartname(2 Sayfa)**

**GENEL ŞARTLAR:**

- 1- İstekliler tekliflerini KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla verecektir.
- 2- Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Ödeme saymanlığın nakit durumuna göre en geç 150(Yüzelli) gün içerisinde yapılacaktır.
- 4- Teslimat Teknik Şartname doğrultusunda yapılacaktır.
- 5- İstekli firmalar teklif mektubu ile birlikte teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin asıllarını teslim etmeleri gerekmektedir.
- 6- Teklifler bu format üzerinde yapılacak, farklı formatta sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Adres : İnönü Cad.TCDD Ambar Yolu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arkası Yeşilyurt/MALATYA

Tel : 0422 221 01 34 Dahili :1136

Faks :0422 221 17 90

e-posta :malatyaadsm.stnlnm@saglik.gov.tr

Bilgi için:Abdulrezzak AKÇA  
Unvan:İdari Memur

 MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ		<b>TEKNİK ŞARTNAME FORMU</b>		
DOKÜMAN NO KY.FR.07	YAYIN TARİHİ 02.11.2018	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ 00	SAYFA NO 1/1

**İSTEM NO: 1326**

**MALZEME /CİHAZ ADI:Tıbbi Sarf**

**İSTEYEN BİRİM/HASTANE:Malatya Şehit Mehmet Kılınc Ağz ve Dış Sağlığı Hastanesi**

**İSTENEN ÖZELLİKLER:**

**1-2-3-4-5-6-7- ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. 134 derece santigratta steril edilebilmeli, mevcut alet ve yüzey dezenfektanlarında korozyona uğramamalıdır.
2. Rijit metal yapıda olup deforme olmamalıdır.
3. Lehim bağlantıları olmamalıdır.
4. Fine abrazyon özelliğinde olmalıdır.
5. Teslim esnasında bütün uçların orijinal ambalajında marka, özellik ve üretim yerini belirtir etiketi bulunmalıdır.
6. Uç, el ile kuvvet uygulandığında deforme olmamalıdır.
7. Her bir frez en az 15 diş kesimi yapabilecek özellikte olmalıdır.
8. Ürünlerin UBB kaydı yapılmış olmalıdır.
9. Vibrasyon yapmamalı ve aeratör başlıklarına varar vermemelidir.
10. Numuneler görülecek ve komisyon tarafından denenerek teklif edilen ürünün şartnameye uygunluğu değerlendirilecektir.

Bu Teknik Şartname 2 (iki) sayfadan ibaret olup 06/12/2018 tarihinde komisyonumuzca imza altına alınmıştır.

Uz.Dt.Serap ERDAL  
Endodonti Uz.



Dt.Emrullah CÜCÜK  
Dişhekim



Dt.Gülten AÇIKGÖZ GÜL  
Dişhekim



 MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ		<b>TEKNİK ŞARTNAME FORMU</b>		
DOKÜMAN NO KY.FR.07	YAYIN TARİHİ 02.11.2018	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ 00	SAYFA NO 1/1

**İSTEM NO: 1326**

**MALZEME /CİHAZ ADI:** Yüksek Düzey Nitril Eldiven

**İSTEYEN BİRİM/HASTANE:** Malatya Şehit Mehmet Kılınc Ağz ve Diş Sağlığı Hastanesi


**İSTENEN ÖZELLİKLER:**

### 8-YÜKSEK DÜZEY NİTRİL ELDİVEN (ALET YIKAMAK İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Eldiven, sterilizasyon ünitesinde kullanılan kimyasallara karşı uygun olmalı ve gerekli bariyeri sağlamalıdır.
- 2.Eldiven bilek kısmını tam sarması ve koruma oluşturması için minimum 300 mm uzunluğunda olmalıdır.
- 3.Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı sebebiyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.
- 4.Eldiven manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır.
- 5.Eldiven en az 300 mm olmalıdır.
- 6.Eldiven non-steril olmalıdır.
- 7.Eldiven 100'lük kutularda, her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 8.Eldivenin kopma kuvveti yaşlandırmadan önce minimum 10N ve yaşlandırmadan sonra minimum 10N olmalıdır.
- 9.Eldiven kırılma noktasındaki minimum uzama yaşlandırmadan önce % 587 ve yaşlandırmadan sonra minimum % 558 olmalıdır.
- 10.Eldiven pudra içermemelidir.
- 11.Eldiven raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 12.Eldiven ambalajı üzerinde yırtık, delik benzeri deformasyon bulunmamalıdır.
- 13.Eldivenin EN 374 ve ISO 9001 standardına uygunluğunu gösteren belgeler teklif beraberinde sunulmalıdır.
- 14.Eldiven CE,EN 455 1,2,3 ve EN 420 standartlarında ve Category III (PPE Personal Protection Equipment) sınıfından üretilmiş olmalıdır.
- 15.Numuneler görülecek ve komisyon tarafından denenerek şartnameye uygunluğu değerlendirilecektir.

Bu Teknik Şartname 1 (bir) sayfadan ibaret olup 10/12/2018 tarihinde komisyonumuzca imza altına alınmıştır.

Uz.Dt.Serap ERDAL  
Endodonti Uz.



Dt.Emrullah CÜCÜK  
Dişhekim



Dt.Halil İbrahim DOĞAN  
Dişhekim

