



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

SAYI : 11085252.321-01/ 24
KONU : Teklif Mektubu

11.01.2018

Tekliflerin verileceği son tarih :16.01.2018
Saat : 17:00'a kadar

.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda belirtilen mal kaleminin temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince piyasadan teklif alınması usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde **KDV hariç** fiyat teklifinizi genel şartlar doğrultusunda en geç 16.01.2018 tarih ve saat:17:00' a kadar Hastanemiz Satınalma (Doğrudan Temin) birimine faksmanız ve aslını göndermeniz hususunda;
Gereğini rica ederim.

Dt. Fuat DEMİRTAŞ

Başhekim

S.NO	BİRİM FİYATA ESAS İŞ KALEMİNİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	Sıvı Seviye Elektrodu	3	Adet		
2	Kapı Contası	2	Adet		


EK :1 Adet Teknik Şartname(1 Sayfa)

GENEL ŞARTLAR:

- 1- İstekliler tekliflerini KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla verecektir.
- 2- Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Ödeme saymanlığın nakit durumuna göre en geç 150(Yüzelli) gün içerisinde yapılacaktır.
- 4- Teslimat Teknik Şartname doğrultusunda yapılacaktır.
- 5- İstekli firmalar teklif mektubu ile birlikte teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin asıllarını teslim etmeleri gerekmektedir.
- 6- Teklifler bu format üzerinde yapılacak, farklı formatta sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adres :Yavuz Selim Mah.Toki 1. Cadde No:34 Yeşilyurt/MALATYA
Tel : 0422 221 01 34 Dahili :265
Faks :0422 221 17 90
e-posta :malatyaadsm.stnln@saglik.gov.tr

Bilgi için:Kübra AKYÜZ
Unvan:Tıbbi Sekreter

 TC Sağlık Bakanlığı	MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	DOKÜMAN NO	YÖN.FR.36
		REVİZYON NO	0
	REVİZYON TAR.	0	
	TEKNİK ŞARTNAME FORMU	YAYIN TARİHİ	04.01.2014
	SAYFA NO	1 / 1	

İSTEM NO: 1173

MALZEME /CİHAZ ADI: Sıvı Seviye Elektrodu , Kapı Contası

İSTEYEN BİRİM/HASTANE: Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

İSTENEN ÖZELLİKLER:

300 litre Eryiğit Marka Otoklav Su Seviye Elektrot Teknik Şartnamesi

1. Elektrotlar su seviyesini güvenli gösterebilecek hassasiyete sahip olmalıdır.
2. Elektrotlar orijinal boyutlarda minimum –orta- maksimum seviyelerini ölçebilmelidir.
3. Elektrot çubuklarının yüzeyi kireç tutmaz özellikte olmalı ve sökölüp temizlenebilmelidir.

300 litre Eryiğit Marka Otoklav Kapı Contası Teknik Şartnamesi


1. Kapı contası 300 litre Eryiğit Markası otoklava uyumlu olacaktır.
2. Kapı açılıp- kapanırken sıkışmaya sebebiyet vermemelidir.
3. Kapı contası en az 200°C dereceye dayanaklı esnek yapıda olmalıdır.
4. Conta ölçüleri orijinal ölçüde olacaktır.

Bu Teknik Şartname 1 (bir) sayfadan ibaret olup .../12/2017 tarihinde komisyonumuzca imza altına alınmıştır.

Hüseyin BOZKURT

Elk. Teknikeri


Muzaffer SERENKİLİ

Mak. Teknisyeni


İbrahim YOLCU

Elk. Teknisyeni
