

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği


SAYI : 41

KONU: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

E-mail : seahsatinalma@gmail.com
Telefon : 0(414) 317 26 24/26/31/32/35/37/39/41
Fax : 0(414) 317 26 30


Uğur YURTSEVEN
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

S.No	Adı	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam
1	VENTİLATOR CİHAZI HAVA-OKSİJEN KARIŞTIRICI	1	ADET			
2	VENTİLATOR CİHAZI ANAKART	2	ADET			
3	VENTİLATOR CİHAZI FLOW SENSÖR KARTI	1	ADET			
4	VENTİLATOR CİHAZI MİXER VALFİ	2	ADET			
5	VENTİLATOR CİHAZI EXPIRASYON VALFİ	1	ADET			
6	VENTİLASYON İNspirasyon VALFİ	1	ADET			
GENEL TOPLAM						

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

*** UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

***Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca yapılmayacaktır.

***Tıbbi cihaz alımlarında cihaza bağlı yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin satış sonrası teminine ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen taahhütname mutlaka verilmelidir.

***Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Malzemelerin alımında teklif veren firmaların, Satış Yeri Yetki Belgesi sunmaları gerekmektedir.

Hastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:1 EYYÜBİYE / ŞANLIURFA

Topçu Meydanı Vergi Dairesi : 7990402358

Not : Mal alımlarında teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde firma teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

VENTİLATÖR CİHAZI HAVA-OKSİJEN MİXERİ TEKNİK ŞARTNAME

- 1) Mikser hastane bünyesinde kullanılan Drager marka Evita4 model ventilatör cihazına tam uyumlu olacaktır.
- 2) Mikser takımı cihazda istenilen oksijen ve hava karışımını sağlamalı, kontrol etmelidir.
- 3) Mikser ile cihaz arasında ekstra bir aparata ihtiyaç duymadan bağlantı sağlanmalıdır.
- 4) Bağlantı hortumu tekli paketlerde bulunmalıdır.
- 5) Mikser ventilatör cihazı ile yapılan kaçak ve rezistans testlerinden geçebilmelidir.
- 6) Alınacak olan ürünün numunesi kuruma ibraz edilecektir.
- 7) Alınacak üründen kaynaklı cihaz ve hasta üzerindeki her türlü olumsuz olaydan ürünü temin eden firma sorumlu olacaktır.
- 8) Alınacak olan ürün en az 6 AY garantili olacaktır, firma garantili olduğunu belgeleyecektir.

M.Mustafa BOCUT
Biyomedikal Tek.

Yusuf AKTAŞ
Biyomedikal Tek.