



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C.
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat-6A A
Konu : Birim Fiyat Araştırması(Doğrudan Alım)

18.03.2019

İlgili.....

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **19.03.2019 Salı günü saat 09:00'a kadar** hastanemiz Satın Alma Birimine elden teslim edilmesi, 0 464 214 28 12 numaralı faksla bildirilmesi veya rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr adresine gönderilmesini rica ederim

Engin YEŞİLBAŞ
Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Sut Kodu	Miktar	Birim	Birimi Fiyat	Toplam Tutar
1	Kemiğe implante işitme cihazı			1	Adet		
2	Kemiğe Implante İşitme Cihazı Aksesuarı			1	Adet		
GENEL TOPLAM							

- 1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.


...../...../2019

Firma Kaşe ve İmza

- Kısmi teklife kapalıdır.
- Teknik şartname ektedir.
- UBB KODU VE SUT KODU MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- TEKLİF EKİNDE TITUBB ÇIKTILARI MUTLAKA OLACAKTIR.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23/02/2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TIBUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış ,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- HASTA ADI:ZEYNEP ESMA GÜNAYDIN - MALZEMELER 2 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

KEMİŐE MONTE İŐİTME CİHAZI VE AKSESUARI
(İç parça ile Dış parça arasındaki Aktarıcı Sistem ve Bileşenleri) (Sut Kodu: KB1024)

- 1) Farklı endikasyon ihtiyaçlarına göre aktarıcı sistem olarak hem abutment , hem de miknatıslı sistem seçeneđi bulunmalıdır
- 2) Abutment Sistminde aŐađıdaki özellikler bulunmalıdır;
 - a) Abutment 6mm , 8mm , 10mm ve 12mm olmak üzere 4 ayrı boyutta olmalıdır.
 - b) Enfeksiyonu asgariye indirmek için abutment Hydroxyapatite kaplamalı olmalıdır.
 - c) Abutmentli sistem 3 Tesla MRI' ya uyumlu olmalıdır.
- 3) Miknatıslı Sistem
 - a) Pasif tutucu iç miknatıslın iki ucunda iki ayrı ters kutup olmalıdır
 - b) Miknatıslı sistem ile 1.5 Tesla MRG çekilebilmektedir. İşlemci, MRI gerektiđinde çıkarılabilir, MR çekildikten sonra tekrar yerine takılabilmektedir..
- 4) Ameliyat sırasında ve sonrasında ihtiyaç halinde gerekli destek, firma kendi bünyesindeki uzman klinik veya eğitim odyologları tarafından destek sağlamalıdır
- 5) İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit firma tarafından verilmelidir


Yrd. Doç. Dr. Emine/DEMİR
A.B.B. Uzmanı
Dip. Tek. No: 147534
Sađlık Bakanlıđı R.T.E.Ü.
21101 AraŐtırma Hastanesi

KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI VE AKSESUARI
(Cerrahi ile yerleştirilen iç parça) (Sut Kodu: KB1025)

İmplant Teknik Özellikleri:

- 1) Ameliyatla kemiğe takılan implant , saf titanyum olmalıdır.
- 2) Ameliyatla kemiğe takılan titanyum implantın, 3mm-4mm olmak üzere iki uzunluğu bulunmalıdır.
- 3) İmplant çapı 4,5 mm olmalıdır.
- 4) İmplant , Osseoentegrasyonun daha sağlam ve hızlı gerçekleşmesi için Tioblast yüzeye sahip olmalıdır.
- 5) Hasta ve doktorun tercihine göre; titanyum implant, hem abutment hem de mıknatıslı sistemle kullanılabilir olmalıdır. Ayıca gerektiği durumlarda iki sistem arası geçiş yapılmasına olanak sağlamalıdır.
- 6) MRA(Manyetik Rezonans Görüntüleme); Titanyum implant, 3 Tesla MRA'de uyumludur.
- 7) İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit firma tarafından temin edilmelidir.

Yrd. Doç. Dr. Emine DEMİR
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No: 117534
Sağlık Bakanlığı R.T.E.Ü.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi